

dotyczy zapytania ofertowego na dostawę aparatu USG

Pytania i wyjaśnienia

Poniżej przedstawiamy Państwu pytania w sprawie wyjaśnienia zapisów w dokumentacji zapytania ofertowego, które wpłynęły do Zamawiającego od biorących udział w zapytaniu.

Bezpośrednio pod każdym pytaniem zamieszczamy odpowiedzi, które wyjaśniają poruszony problem.

Pytanie 1 dot. pkt 25

Czy Zamawiający dopuści do postępowania nowoczesny ultrasonograf posiadający zakres prędkości dla Dopplera pulsacyjnego (PWD) dla 0 kąta wynoszący +/- 7 m/s?

Odp.: Zgodnie z OPZ.

Pytanie 2 dot. pkt. 48

Czy Zamawiający uzna za spełniony parametr jeżeli zaproponowany nowoczesny ultrasonograf posiadał będzie funkcje automatycznie dostosowującą położenie linii bazowej, rozmiar bramki oraz jej kąt?

Odp.: Zgodnie z OPZ

Pytanie 3 dot. pkt. 56

Czy Zamawiający dopuści do postępowania nowoczesny ultrasonograf, który w chwili obecnej nie posiada możliwości rozbudowy o głowice sektorową, pediatryczną. Producent posiada tego typu głowicę w swojej ofercie, spełniającą wymagania Zamawiającego (3-8 MHz, 64 elementy, kąt skanowania 90 stopni) i planuje wprowadzenie głowicy do oferowanego ultrasonografu na przestrzeni 2025 roku.

Odp.: Zgodnie z OPZ

Pytanie 4 dot. pkt. 57

Czy Zamawiający uzna za spełniony parametr jeżeli zaproponowany nowoczesny ultrasonograf posiadał będzie możliwość rozbudowy o wewnętrzne zintegrowane zasilanie bateryjne? Czas pracy na zasilaniu baterijnym zależy od sposobu użytkowania, producent nie podaje jaki okres podtrzymania zapewnia fabryczna bateria.

Odp.: Zgodnie z OPZ

Pytanie 5 dot. pkt 18

Zamawiający wymaga wyposażenia ultrasonografu w trzy głowice, w tym głowice kardiologiczną (sektorową) do echa serca. Czy w związku z powyższym będzie wymagał aby zaproponowany ultrasonograf wyposażony był w tryb Dopplera Ciągłego oraz Dopplera tkankowego? Wyżej wymienione tryby są niezbędne do wykonania pełnej diagnostyki echokardiograficznej.

Odp.: Zgodnie z OPZ.

Dyrektor
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu
Urszula Kapusta-Tymoshchuk