

Zespół Opieki Zdrowotnej w Łowiczu
ul. Ułańska 28
99-400 Łowicz

ZOZ.VI.ZP.241- 7/2019

Łowicz, dnia 26.07.2019r.

Pytania i wyjaśnienia dotyczące treści SIWZ - II

dotyczy postępowania o udzielenia zamówienia publicznego na dostawy wyrobów medycznych - 26 zadań

Poniżej przedstawiamy Państwu pytania w sprawie wyjaśnienia zapisów w dokumentacji przetargowej, które wpłynęły do Zamawiającego od biorących udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

Bezpośrednio pod każdym pytaniem zamieszczamy odpowiedzi, które wyjaśniają poruszony problem.

Pytanie nr 1 - dotyczy zadania nr 11 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści matę podłogową z możliwością cięcia, w kolorze biało-niebieskim, posiadająca antypoślizgową warstwę spodnią, chłonność min. 1 litr, rozmiar 116cm x 76cm?
Odp. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 2 - dotyczy zadania nr 11 poz. 1

Prosimy o odstąpienie od wymogu spełniania przez produkt normy 13795, ponieważ nie ma ona zastosowania w przypadku tego produktu.
Odp. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 3 - dotyczy zadania nr 11 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści podkład w rozmiarze 100x225cm, który zawiera pikowany wkład chłonny z superabsorbentem o rozmiarze 208x50, spodnia warstwa wykonana z nieprzemakalnego laminatu zapewnia optymalną ochronę przed przeciekaniem, zewnętrzna warstwa ochronna posiada zamknięte brzegi, które zapewniają odpowiednią ochronę przed wyciekaniem płynu z wnętrza podkładu. Wchłaniałość 3820,18ml.
Odp. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 4- dotyczy zadania nr 11 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści możliwość pakowania w opakowanie a'10szt z jednoczesnym przeliczeniem zamawianych ilości?
Odp. Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 5 - dotyczy zadania nr 14 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści myjki w rozmiarze 14x20cm, spełniające pozostałe wymagania zawarte w SIWZ?
Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 6 - dotyczy zadania nr 21 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści papier do defibrylatora Lifepak w rolce o wymiarach 108mm x 23m?
Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 7 - dotyczy zadania nr 21 poz. 4

Czy Zamawiający dopuści elektrody do EKG 45mm x 43mm x 50 szt.?

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 8 - dotyczy zadania nr 12 poz. 1

Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia (zadanie nr 12): przedłożenie kart produktowych / kart technicznych, wystawionych przez producenta, które będą jawne dla Zamawiającego oraz innych ewentualnych wykonawców i staną się potwierdzeniem wymogów zawartych w SIWZ? Należy nadmienić, że karta produktowa / techniczna stwierdza obecność wszystkich elementów składowych produktu, jak również posiada zapis mówiący o poziomie chłonności produktu, zbadany według standardów normy ISO 11948.

Odp. Zgodnie z SIWZ (rozdz. VII pkt 2.3.7)

Pytanie nr 9 - dotyczy zadania nr 12 poz. 1

Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia (zadanie nr 12): pieluchomajtek dla dorosłych posiadających co najmniej jeden ściągacz taliowy?

Zastosowanie w pieluchomajtkce minimum jednego ściągacza taliowego, pozwala na idealne dopasowanie produktu do ciała pacjenta, co wpływa na komfort osoby potrzebującej pomocy. Dopasowanie produktu przekłada się na brak wycieków zawartości pieluchomajtki, co przekłada się na komfort pracy personelu: zmniejszenie czasu pracy przy jednym pacjencie, zmniejszenie ilości zmian produktu na NTM oraz pozwala zaoszczędzić koszty związane z usługami prania pościeli.

Odp. Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga

Pytanie nr 10 - dotyczy zadania nr 12 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (zadanie nr 12; pozycja 2): złożenie oferty na pieluchomajtki w rozmiarze L o maksymalnym obwodzie produktu 160 cm?

Wymiary techniczne oferowanego produktu (szerokość w górnej części pieluchomajtki 80 cm) odpowiadają najbardziej popularnym produktom z handlowym oznaczeniem XL oferowanym na rynku polskim. W naszej opinii nie ma zatem powodu do zawężania wymogów w stosunku do oczekiwanych produktów - rozmiarów wynikających z ich nazwy handlowej. Nomenklatura nazw handlowych może być różna ponieważ nie podlega ścisłym kryterium przy ich oznaczeniu. Dopuszczenie naszego produktu w rozmiarze L o maksymalnym obwodzie produktu 160cm daje możliwość zaproponowania Zamawiającemu konkurencyjnej oferty, co w trakcie trwania umowy, przełoży się na oszczędności.

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 11 - dotyczy zadania nr 5 poz. 5

Zwracamy się z prośbą o wydzielenie ww. produktów do osobnego pakietu. Wydzielenie ww. pozycji spowoduje dopuszczenie innych firm do udziału oraz zaproponowanie konkurencyjnych cen przy jakości wymaganej przez Zamawiającego.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie.

Pytanie nr 12 - dotyczy zadania nr 5 poz. 5

Czy w trosce o dobro i zdrowie pacjenta Zamawiający wymaga, aby gąbki hemostatyczne posiadały w instrukcji użytkowania wskazanie do stosowania w neurochirurgii?

Odp. Dopuszcza ale nie wymaga.

Pytanie nr 13 - dotyczy zadania nr 5 poz. 5

Czy Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą instrukcji użytkowania produktu w celu potwierdzenia, że zaoferowany asortyment spełnia wymogi Zamawiającego?

Odp. Dopuszcza ale nie wymaga.

Dyrektor
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu
Urszula Kapusta-Tymoshchuk