

Zespół Opieki Zdrowotnej w Łowiczu
ul. Ułańska 28
99-400 Łowicz

ZOZ.VI.ZP.241- 4/2020

Łowicz, dnia 20.02.2020r.

Pytania i wyjaśnienia dotyczące treści SIWZ

Dotyczy postępowania o udzielenia zamówienia publicznego na dostawy wyrobów medycznych

Poniżej przedstawiamy Państwu pytania w sprawie wyjaśnienia zapisów w dokumentacji przetargowej, które wpłynęły do Zamawiającego od biorących udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

Bezpośrednio pod każdym pytaniem zamieszczamy odpowiedzi, które wyjaśniają poruszony problem.

Pytanie 1 - dotyczy zadania nr 6 poz. 1

Czy w Zadaniu nr 6, poz. 1 Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie jako produkt równoważny: Rurka intubacyjna z mankietem zwężającym się ku dołowi, o potwierdzonej badaniami klinicznymi obniżonej przenikalności dla podtlenu azotu, z otworem Murphylego, balonik kontrolny z oznaczeniem nazwy producenta, średnicy rurki i mankieta oraz rodzaju mankieta, dodatkowe oznaczenie rozmiaru na korpusie rurki w miejscu widocznym po zaintubowaniu jak i na łączniku, linia Rtg na całej długości rurki, skala centymetrowa, oznaczenie poziomu strun głosowych, oznaczenie miejsca cięcia korpusu rurki ustna/nosowa - linia przerywana, sterylna, jednorazowa, rozmiary od 5,0 do 10,0 mm co 0,5 mm?

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 2 - dotyczy zadania nr 6 poz. 2

Czy w Zadaniu nr 6, poz. 2 Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie jako produkt równoważny: Rurka intubacyjna z mankietem zwężającym się ku dołowi, wyposażona w system drenażu przestrzeni podgłośniowej. Minimum 2 oznaczenia rozmiaru na korpusie rurki, nieprzezroczysty łącznik 15mm, pakowane folia-papier ?

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 3 - dotyczy zadania nr 6 poz. 2

Czy w Zadaniu nr 6, poz. 3 Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie jako produkt równoważny: Bezpieczny zestaw do punkcji opłucnej składający się z igły Veressa (sygnalizującej za pomocą zielonego wskaźnika moment wysuwania się ostrza igły) zakończonej łącznikiem luer lock; linii przedłużającej połączonej na stałe z układem automatycznych zastawek jednokierunkowych (bez konieczności przełączania kraniku podczas drenażu mechanicznego), posiadającej możliwość przełączenia w tryb drenażu grawitacyjnego (z pominięciem zastawek); strzykawki luer lock 60 ml oraz worka o pojemności 2000ml z kranikiem spustowym i zaworem odpowietrzającym.

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 4 - dotyczy zadania nr 6 poz. 2

Czy w Zadaniu nr 6, poz. 4 Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie jako produkt równoważny: Łącznik karbowany rozciągalny dł. 7 – 15cm, pozostałe parametry bez zmian ?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 5 - dotyczy zadania nr 7 poz. 2

Uprzejmie prosimy o wydzielenie pozycji 2 z pakietu 7 i utworzenie z niej odrębnego zadania. Wydzielenie wymienionej pozycji zwiększy konkurencyjność asortymentowo-cenową w przedmiotowym postępowaniu, co przełoży się na uzyskanie przez Zamawiającego bardziej korzystnych cen ofert. Pozostawienie wyżej wymienionych pozycji w dotychczasowym pakiecie ogranicza konkurencję wyłącznie do podmiotów posiadających pełen asortyment zawarty w pakiecie.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na wydzieleni ww pozycji.

Pytanie 6 - dotyczy zadania nr 13 poz. 6

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły $\frac{1}{2}$ koła odwrotnie tnącej o długości 37mm?

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 7 - dotyczy zadania nr 7 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie nici o grubości „1” ?

Odp. Zgodnie Z SIWZ.

Pytanie 8 - dotyczy zadania nr 7 poz. 6-7, 10, 14

Czy zamawiający wydzieli poz. 6-7,10,14 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli innym firmom, specjalizującym się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu na osiągnięcie oszczędności i wymiernych korzyści finansowych?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na wydzieleni.

Pytanie 9 - dotyczy zadania nr 7 poz. 6, 10, 14

Czy zamawiający dopuści jednostronną czytelną skalę pomiarową?

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 10 - dotyczy zadania nr 7 poz. 10

Czy zamawiający dopuści strzykawkę cewnikowa z rozszerzoną skalą 50(60)ml?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 11 - dotyczy zadania nr 7 poz. 1-8

Czy zamawiający odstąpi od wymogu jednego producenta i dopuści w poz. 6-7 innego producenta/importera ?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 12 - dotyczy zadania nr 14 poz. 1

Czy zamawiający wydzieli poz. 1 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli innym firmom, specjalizującym się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu na osiągnięcie oszczędności i wymiernych korzyści finansowych?

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 13 - dotyczy zadania nr 14 poz. 1

Czy zamawiający dopuści opatrunek do mocowania kaniul o wymiarze 6 cm x 8 cm, bez dodatkowej podkładki, posiadający zintegrowany opatrunek o wymiarach 2 cm x 2 cm?

Odp. Zgodnie Z SIWZ.

Pytanie 14 - dotyczy zadania nr 3 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie nasączonego czepek do mycia i dekontaminacji włosów i skóry głowy bez użycia wody, przeznaczonego do jednorazowego użytku, gotowego do użycia, nie wymagającego spłukiwania, w opakowaniach po 1 szt. Skład produktu którym nasączony jest produkt: Aqua, Glycerin, Cocamidopropyl Betaine, Allantoin, Sodium Lactate Octenidine HCl, Ethylhexylglycerin. Bez Lateksu. Wykonane z włókna polipropylenowego, gramatura ok. 73 g. W razie potrzeby opakowanie można podgrzać w kuchence mikrofalowej (maksymalnie 20 sekund / 600 W). Instrukcja użycia w języku polskim na opakowaniu jednostkowym. Kosmetyk.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 15 - dotyczy zadania nr 7 poz. 3

Czy Zamawiający wymaga strzykawek z kontrastującym tłokiem innym niż biały /mleczny.

Odp. Zamawiający wymaga strzykawek z kontrastującym tłokiem innym niż biały /mleczny.

Pytanie 16 - dotyczy zadania nr 7 poz. 3d

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawki pakowanej po 80 szt. z możliwością przeliczenia w formularzu asortymentowo- cenowym.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 17 - dotyczy zadania nr 7 poz. 3

Prosimy Zamawiającego o odstąpienie od wymogu kolorystycznego oznaczenia rozmiaru strzykawki na pojedynczym opakowaniu taki zapis nie ma medycznego uzasadnienia i powoduje brak możliwości złożenia konkurencyjnej oferty jakościowej i cenowej innym producentom.

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 18 - dotyczy zadania nr 7 poz. 10

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawki Żanetta w rozmiarze 50/60 ml z stożkowym ścięciem pod kątem 45 stopni.

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 19 - dotyczy zadania nr 7 poz. 10

Czy Zamawiający wymaga strzykawki Żanetta 50/60 ml z dwoma łącznikami typu Luer.

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 20 - dotyczy zadania nr 7 poz. 14

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawki Żanetta w rozmiarze 100 ml z stożkowym ścięciem pod kątem 45 stopni.

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 21 - dotyczy zadania nr 7 poz. 11-13, 15

Prosimy Zamawiającego o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu Państwa zgoda pozwoli na pozyskanie konkurencyjnej oferty jakościowej i cenowej na pozostały asortyment w pakiecie.

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 22 - dotyczy zadania nr 7 poz. 1-8

Prosimy Zamawiającego o odstąpienie od wymogu dla poz. 1-8 od jednego producenta taki opis w znacznym stopniu ogranicza konkurencyjność ofert.

Odp. Zamawiający wymaga zaoferowania produktów od jednego producenta tylko w poz. 1 a-g.

Pytanie 23 - dotyczy zadania nr 14 poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie samoprzylepnego opatrunku do mocowania kaniuli w rozmiarze 8 x 6 cm. Pozostałe zapisy zgodnie z SIWZ. Państwa zgoda pozwoli na pozyskanie konkurencyjnej oferty jakościowej i cenowej na wymagany asortyment.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 24 - dotyczy zadania nr 14 poz. 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie samoprzylepnego przezroczystego opatrunku z folii poliuretanowej w rozmiarze 9 x 11 cm. Pozostałe zapisy zgodnie z SIWZ. Państwa zgoda pozwoli na pozyskanie konkurencyjnej oferty jakościowej i cenowej na wymagany asortyment.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 25 - dotyczy zadania nr 6 poz. 4

Czy Zamawiający dopuści filtr oddechowy dla dorosłych, sterylny mechaniczny o przestrzeni martwej 96ml z łącznikiem karbowanym rozciągalnym od 7-16 cm z korkiem we wspólnym opakowaniu, pozostałe parametry zgodne z SIWZ ?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 26 - dotyczy SIWZ

Czy w związku z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13.03.2015 w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej (Dz. U. z 2015, poz. 381), pkt 5.5 ppkt 2, który nakłada na dostawców obowiązek odpowiedniego przechowywania oraz transportu wyrobów medycznych, produktów leczniczych, Zamawiający będzie wymagał aby dostawy do siedziby Zamawiającego odbywały się odpowiednimi środkami transportu czyli pojazdami typu „izoterma”, które umożliwiają dopasowanie temperatury i wilgotności do wymogów przewożonego asortymentu, ustalonych przez producenta?

Odp. Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Pytanie 27

Czy Zamawiający oczekuje, aby dostawca zamówionego towaru (jego pracownik) pomagał przy rozładunku towaru w miejscu wskazanym przez Zamawiającego oraz był obecny podczas sprawdzenia zgodności towaru z zamówieniem?

Odp. Oczekuje, ale nie wymaga.

Pytanie 28 - dotyczy zadania nr 7 poz. 1

Czy Zamawiający umieszczając zapisy wymóg jednego producenta w pozycji 1-8 miał na myśli igły z pozycji 1 a-g?

Odp. Zamawiający wymaga zaoferowania produktów od jednego producenta tylko w poz. 1 a-g.

Pytanie 29 - dotyczy zadania nr 7 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści igły PEN z pozycji 2 innego producenta niż igły iniekcyjne z pozycji 1?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 30 - dotyczy zadania nr 2 poz. 1

Czy zamawiający szczoteczka do toalety jamy ustnej opakowanie papier/folia?

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 31 - dotyczy zadania nr 3 poz. 1

Czy zamawiający dopuści czepek do mycia głowy o gramaturze 120g (30% wiskoza + 70% PE i warstwa zewnętrzna) 35 g folia PE, o składzie: Dimetikon, Linoleamidopropyl PG-Dimonium Chloride Phosphate, Glukozyd laurylowy, Prowitamina B5, Alantoina, wyciąg z aloesu, Polisorbat 20, Sól tetrasodowa kwasu wersenowego, kwas cytrynowy, Witamina E, Chlorheksydyna, Gliceryna, Perfumy, Wyciąg z rumianku. Możliwość podgrzania w mikrofalówce 20 sekund przy 700W, jako wyrób kosmetyczny, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 32 - dotyczy zadania nr 6 poz. 1-2

Czy zamawiający rurka intubacyjna z mankietem w kształcie walca?

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 33 - dotyczy zadania nr 6 poz. 4

Czy zamawiający dopuści filtr elektrostatyczno-mechaniczny dla dorosłych z wymiennikiem ciepła i wilgoci?

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 34 - dotyczy zadania nr 6 poz. 4

Czy zamawiający dopuści filtr mechaniczny bez wymiennika ciepła i wilgoci?

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 35 - dotyczy zadania nr 6 poz. 5

Czy zamawiający dopuści filtr elektrostatyczny wydajność nawilżenia 32 mg/l przy $V_t = 500$ ml, waga 29 g?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 36 - dotyczy zadania nr 6 poz. 4

Czy Zamawiający dopuści filtr mechaniczny z wydzielonym celulozowym wymiennikiem ciepła i wilgoci dla dorosłych, sterylne, z portem kapno, opakowanie folia- papier, skuteczności filtracji względem bakterii i wirusów min. 99,9999% skuteczność filtracji wg NaCl $\geq 99,764\%$ wydajność nawilżania min. 34 mg/l przy $V_t = 500$ ml utrata wilgoci max 6 mg H_2O /litr przy $V_t = 500$ ml przestrzeń martwa w zakresie 95-100 ml z dodatkowym łącznikiem regulowanym, długość 7-16 cm?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 37 - dotyczy projektu umowy § 2 ust. 6

Prosimy Zamawiającego o zmianę stawki % kar umownych na 1% wartości opóźnionej dostawy lub uzupełnienia dostawy za każdy dzień roboczy zwłoki.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną modyfikację.