Zespół Opieki Zdrowotnej w Łowiczu
ul. Ułańska 28
99-400 Łowicz

ZOZ.VI.ZP.241- 5/2020 Łowicz, dn.21.04.2020r.

Pytania i wyjaśnienia dotyczące treści SIWZ

dotyczy: postępowania o udzielenia zamówienia publicznego na dzierżawę analizatora i dostawy odczynników laboratoryjnych.

Poniżej przedstawiamy Państwu pytania w sprawie wyjaśnienia zapisów w dokumentacji przetargowej, które wpłynęły do Zamawiającego od biorących udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

Bezpośrednio pod każdym pytaniem zamieszczamy odpowiedzi, które wyjaśniają poruszony problem.

Pytanie 1 - dotyczy zadania 4 poz. 8
Czy Zamawiający dopuszcza wyodrębnienie z Zadania 4 poz. 8 (trombina wołowa) i utworzenie odrębnego zadania.
Odp. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 2 – dotyczy zadania 4, poz. 2, 4, 6, 16 (produkty pochodne z krwi)
Czy Zamawiający zgodzi się na podpisanie wraz z umową harmonogramu dostaw odczynników krwiopochodnych oraz złożenie zamówienia stałego na rok kalendarzowy aby zachować płynność dostaw na podstawie harmonogramu dostaw?
Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 3 – dotyczy Zadania 4, poz. 17 – odczynnik monoklonalny anty IgG
Wnosimy o dopuszczenie w pozycji 17, Zadania 4 odczynnika monowalentnego anty-IgG jako produktu równoważnego dla odczynnika anty-IgG zgodnie z art. 29 pzp ust 1 do 3 oraz zgodnego z art. 29 ,art. 30 Pzp.
Odp. Zamawiający dopuszcza w zadaniu nr 4 poz.17odczynnik monowalentny anty-IgG jako produktu równoważny dla odczynnika anty-IgG.

Pytanie 4 – dotyczy zadania 4 poz. 2, 4, 6
Czy Zamawiający potwierdza, że można zaoferować krwinki w pozycji 2,4 o pojemności 5 ml z odpowiednim przeliczeniem ilości zestawów oraz uwzględniając termin ważności i zachowanie ciągłości dostaw?
Odp. Zamawiający potwierdza, że można zaoferować krwinki w pozycji 2,4 o pojemności 5 ml z odpowiednim przeliczeniem ilości zestawów oraz uwzględniając termin ważności i zachowanie ciągłości dostaw.

Pytanie 5 – dotyczy zadania 4 pozycja 3 standard anty-D
Czy Zamawiający potwierdza, że zgodnie z normą PN-EN 13640:2005 Badanie trwałości odczynników do diagnostyki in vitro oraz PN-EN 14971 zarzadzanie ryzykiem odczynnik musi zachowywać czułość diagnostyczna przez cały okres daty ważności określony na etykiecie nawet po otwarciu?
Odp. Zamawiający potwierdza.

Pytanie 6 – dotyczy zadania 3 pozycja 3
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie testu, w którym wielkość opakowania wynosi 100 testów?
Odp. Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie testu, w którym wielkość opakowania wynosi 100 testów, po przeliczeniu wg potrzeb Zamawiającego, zaokrąglając do całego opakowania.

Pytanie 7 – dotyczy zadania 3 pozycja 6
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie testu, w którym wielkość opakowania wynosi 100 testów?
Odp. Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie testu, w którym wielkość opakowania wynosi 100 testów, po przeliczeniu wg potrzeb Zamawiającego, zaokrąglając do całego opakowania.

Pytanie 8 – dotyczy zadania 3 pozycja 7
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie testu, w którym czułość wynosi 99,5%?
Odp. Tak.

Pytanie 9 – dotyczy zadania 3 pozycja 9
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie testu, w którym wielkość opakowania wynosi 20 testów?
Odp. Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie testu, w którym wielkość opakowania wynosi 20 testów, po przeliczeniu wg potrzeb Zamawiającego, zaokrąglając do całego opakowania

Pytanie 10 – dotyczy zadania 3 pozycja 10
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie testu z jednym paskiem testowym dla genogrupy 1 i2 norowirusa?
Odp. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 11 – dotyczy zadania 3 pozycja 11 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie testu, w którym dozuje się materiał do dwóch studzienek testowych?
Odp. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 12 – dotyczy zadania 3 pozycja 11
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie testu, w którym wielkość opakowania wynosi 50 testów?
Odp. Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie testu, w którym wielkość opakowania wynosi 50 testów, po przeliczeniu wg potrzeb Zamawiającego, zaokrąglając do całego opakowania

Pytanie 13 – dotyczy zadania 3 pozycja 11
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie testu immunoenzymatycznego, w którym o min. poziom wykrywalności zarówno dla toksyny A oraz dla toksyny B wynosi 3 ng/ml?
Odp. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 14 – dotyczy zadania 3 pozycja 12
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie testu immunochromatograficznego, w którym o min. poziom wykrywalności toksyny A wynosi 0.50 ng/ml oraz dla toksyny B 0.78 ng/ml?
Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 15 – dotyczy zadania 3 pozycja 12
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie testu, w którym nie ma kontrola dodatnia jest sprzedawana jako osobna pozycja? (Dostarczymy osobną kontrolę dodatnią w przeliczeniu do jednego oznaczenia dla każdego parametru)
Odp. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 16 – dotyczy zadania 3 pozycja 12
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie testu, w którym dozuje się materiał do trzech studzienek testowych?
Odp. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 17 – dotyczy zadania 3 pozycja 12
Czy zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie testu, w którym możliwość przechowywania próbki w temperaturze lodówki wynosi maksymalnie do 24 godzin?
Odp. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 18 – dotyczy zadania 3 pozycja 12
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie testu, w którym wielkość opakowania wynosi 20 testów?
Odp. Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie testu, w którym wielkość opakowania wynosi 20 testów, po przeliczeniu wg potrzeb Zamawiającego, zaokrąglając do całego opakowania

Pytanie 19 – dotyczy zadania 3 pozycja 14
Czy Zamawiający wymaga osobnej kontroli dodatniej i ujemnej?
Odp. Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie 20 – dotyczy zadania 3 pozycja 14
Czy Zamawiający wymaga testów posiadających dodatkowe kontrole ujemne i dodatnie w formie suchej wymazówki?
Odp. Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie 21 – dotyczy zadania 3 pozycja 16
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie testu, w którym czułość względem hodowli komórkowej dla grypy A wynosi 81%, a dla grypy B 65%, a swoistość dla grypy A wynosi 97%, a dla grypy B 100%?
Odp. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 22 – dotyczy zadania 3 pozycja 16
Czy Zamawiający wymaga testów posiadających dodatkowe kontrole ujemne i dodatnie w formie suchej wymazówki?
Odp. Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie 23 – dotyczy wzoru umowy
Czy Zamawiający ze względu na sytuację epidemiologiczną dopuści złożenie oferty w formie elektronicznej, np. na platformie wskazanej przez Zamawiającego?
Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 24 – dotyczy wzoru umowy
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na naliczania kar od **wartości NETTO** niezrealizowanej dostawy?
Odp. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 25 – dotyczy § 3 pkt. 10 wzoru umowy
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie procenta naliczanej kary do max. 5% wartości NETTO niezrealizowanej umowy?
Odp. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 26 – dotyczy wzoru umowy
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie w projekcie umowy zapisu, że zmiany umowy mogą nastąpić również w przypadku, gdy dotyczą poprawienia błędów i oczywistych omyłek słownych, literowych, liczbowych, numeracji jednostek redakcyjnych lub uzupełnień treści nie powodujących zmiany celu i istoty umowy?
Odp.
Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie do umowy zapisu w par. 6 jako ust. 6:
"Strony dopuszczają wprowadzenie zmian do umowy dotyczących poprawienia błędów i oczywistych omyłek słownych, literowych, liczbowych, numeracji jednostek redakcyjnych lub uzupełnień treści nie powodujących zmiany celu i istoty umowy, o ile nie są niekorzystne dla Zamawiającego".
Obecny ust. 6 zostaje oznaczony jako ust. 7.

Pytanie 27 – dotyczy wzoru umowy
Czy Zamawiający dopuści aneksowanie ze względu na zamianę oferowanego produktu na produkt równoważny w przypadku zmiany produktu lub producenta sprzętu?
Odp. Zgodnie z SIWZ. Umowa w par. 6 ust 1 przewiduje możliwość tego rodzaju zmiany.

Pytanie 28 – dotyczy wzoru umowy
Czy Zamawiający wprowadzi możliwość wstrzymania dostaw w przypadku nie realizowania płatności?
Odp. Zgodnie z § 3 ust. 8 projektu umowy Zamawiający nie przewiduje możliwość wstrzymania dostaw w przypadku nie realizowania płatności.

Pytanie 29 – dotyczy zadania nr 6
Czy Zamawiający dopuszcza analizator glukozy posiadający zakres pomiarowy w zakresie (9-900 mg/dL).
Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 30 – dotyczy zadania nr 6
Czy Zamawiający dopuszcza drukarkę zewnętrzną dostarczoną wraz z analizatorem?
Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 31 – dotyczy zadania nr 5
Prosimy o doprecyzowanie czy w kolumnie "Producent" formularza cenowego (zał. nr 4 do SIWZ), Zamawiający wymaga podania nazw handlowych oraz numerów katalogowych oferowanych produktów, celem ich identyfikacji i możliwości weryfikacji stawianych w SIWZ wymagań przedmiotowych?
Odp. W kolumnie "Producent" formularza cenowego (zał. nr 4 do SIWZ), Zamawiający wymaga podania nazwy producenta, wskazane podanie nazw handlowych oraz numerów katalogowych oferowanych produktów, celem ich identyfikacji i możliwości weryfikacji stawianych w SIWZ wymagań przedmiotowych

Pytanie 32– dotyczy zadania nr 5
Prosimy o potwierdzenie czy opis kart z pkt 7 wymaganych parametrów jakościowo-technicznych min. IgG-IgA-IgM-C3c-C3d odnosi się do badania, o którym mowa w poz. 5 Bezpośredni test antyglobulinowy" formularza cenowego?
Odp. Tak, potwierdzam.

Pytanie 33 – dotyczy zadania nr 5
Prosimy o potwierdzenie czy zgodnie z opisem SIWZ, w zakresie zadania nr 5 Zamawiający wymaga zaoferowania odczynników do posiadanego na własność systemu DIAMED, tj. do wirówki ID-Centrifuge 6S oraz inkubatora ID-Incubator 37SI?
Odp. Tak, potwierdzam.

Pytanie 34 – dotyczy zadania nr 5
Czy Zamawiający wymaga, aby oferowane karty były przewidziane instrukcją użycia sprzętu DiaMed, zgodnie art. 90 ust. 1 ustawy o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r, do którego Zamawiający oczekuje produktów w zakresie zadania 5, tj. w szczególności wirówki ID-Centrifuge 6S, (Instrukcja obsługi 11.0-12/2011), która stanowi:

- rozdz. 1.1Przeznaczenie i sposób użytkowania:
  „Wirówka ID-Centrifuge 6S / 6S Accu, ID-Centrifuge 12SII, i ID-Centrifuge 24S jest urządzeniem służącym wyłącznie odwirowywaniu ID-Kart"
- rozdz. 3.1.2 Użycie ID-Karty:
  „W wirówkach zezwala się na używanie wyłącznie ID-Kart. Dostępne są następujące typy kart:
  • ID-Karty z żelem, który zawiera specyficzne przeciwciała w celu określenia antygenów erytrocytów (antygenów grup krwi i innych rzadkich antygenów);
  • ID-Karty z żelem, które zawierają globulinę anty-ludzką (mono-/polyspecific do wykrywania antyciał, identyfikacji anty-ciała, testu tolerancji i określenie bezpośredniego testu Coombsa);
  • ID-Karty z neutralnym żelem w celu ustalenia kontroli w surowicy, NaCl i testu enzymu"?

Odp. Zamawiający wymaga.

Pytanie 35 – dotyczy zadania nr 5
Prosimy o doprecyzowanie czy wymóg posiadania aktualnych dokumentów potwierdzających wprowadzenie ich do obrotu zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. dotyczy produktów zaklasyfikowanych przez producenta jako wyroby medyczne i tym samym nie dotyczy takiego asortymentu jak końcówki do pipet?
Odp. Wymóg posiadania aktualnych dokumentów potwierdzających wprowadzenie ich do obrotu zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. nie dotyczy końcówek do pipet.

Pytanie 36 – dotyczy zadania nr 5
Prosimy o potwierdzenie, czy w poz. 2 formularza cenowego *„Grupa krwi dorosłych z rewersem: A-B-DVI+,DVI-/A1,B"*, Zamawiający omyłkowo nie podał rocznej ilości badań 720 i właściwa liczba badań na 2 lata winna wynosić 1440, na co wskazuje sugerowana ilość 2 opakowań?
Odp. W poz. 2 formularza cenowego *„Grupa krwi dorosłych z rewersem: A-B-DVI+,DVI-/A1,B"*, Zamawiający omyłkowo podał roczną ilość badań 720, **a powinno być 1440** i właściwą ilość opakowań (2 op.).

Pytanie 37 – dotyczy zadania nr 5 - odczynniki zamkniętego systemu DIA MED. wraz dzierżawą doposażenia.
Czy Zamawiający potwierdza, że posiada tylko wirówkę DiaMed Szwajcaria?
Odp. Zamawiajacy posiada na własność system DIAMED, tj. wirówkę ID-Centrifuge 6S oraz inkubator ID-Incubator 37SI.

Pytanie 38 – dotyczy zadania nr 5
Czy Zamawiający potwierdza, że można zaoferować krwinki z terminem ważności 4 tygodnie od daty dostawy?
Odp. Zamawiający wymaga terminu ważności krwinek min. 5 tyg. od daty dostawy.

Pytanie 39 – dotyczy zadania nr 5
Dotyczy wymagania: Karta do wykonania grupy krwi o profilu: A-B-DVI+,DVI-/A1,B na jednej karcie. Czy Zamawiający potwierdza, że można zaoferować kartę w pozycji nr 2 do grupy krwi dorosłych z rewersem inną niż wymagana, innego producenta niż DiaMed, pod warunkiem, że będzie ona zgodna z wymaganiami/zaleceniami IHiTi MZ tj. z jedną kolumną anty-D VI-(A-B-DVI-/A1,B-clt)?W szpitalach na terytorium Polski do badania grup krwi osób dorosłych używa się kart A-B-D(VI-) z rewersem oraz ctl, jednak w siwz opisano konkretną kartę w celu pozyskania jednej oferty nie koniecznie najkorzystniejszej cenowo i jakościowo(wynika z analizy ceny poprzedniego postępowania). Wymaga się w siwz karty o konkretnym profilu, jednego producenta, 6 kolumnowe ,wypełnione żelem(4 szczególne cechy)czyli karty o REF 001324 DiaMed marka Biorad. Opis przedmiotu zamówienia jest dedykowany jednemu producentowi DiaMed) co zagwarantuje pozyskanie umowy z Zamawiającym.

Zamykanie dostępu innym producentom z obszaru UE do postępowania jest niezgodne z Dyrektywą 2004/18/WE. oraz art. 29 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010r. nr 113, poz. 759, ze zm.)bowiem przedmiotu zamówienia nie można opisywać w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję. Oznacza to w szczególności zakaz posługiwania się przez zamawiających przy określaniu przedmiotu zamówienia jakimikolwiek sformułowaniami lub parametrami, które wskazywałby na konkretny wyrób, produkt, czy też wykonawcę.
Działanie Zamawiającego, który uniemożliwia pozyskanie umowy producentom ze swojego obszaru gospodarczego UE,nie znajduje uznania w art. 15 ust. 1 pkt 5 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji(tj. Dz. U. 2003 r., Nr 153, poz. 1503 ze zm.)
Odp. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 40 – dotyczy zadania nr 5
Czy Zamawiający wymaga odczynników, karti krwinek produkcji DiaMed? Prosimy o udzielenie odpowiedzi. Przy czym odpowiedz „zgodnie z siwz" będzie potraktowane jako odmowa/brak odpowiedzi zgodnie z orzecznictwem UZP.
Odp. Zamawiający wymaga zaoferowania odczynników zgodnie z wymaganymi parametrami jakościowo technicznymi odczynników i materiałów zużywalnych stosowanych do oznaczeń w serologii transfuzjologicznej do dosiadanego zamkniętego systemu DIAMED.

Pytanie 41 – dotyczy zadania nr 5
Dotyczy wymagania: „Dostawca odczynników zapewni obsługę serwisową zamkniętego systemu DIA MED i zobowiązuje się do corocznego, bezpłatnego przeglądu serwisowego (2 x w trakcie trwania umowy)". Ponieważ brak wskazania z jakich elementów składa się rzekomy system zamknięty DiaMed, prosimy o uzupełnienie opisu o brakujące dane, ponieważ uniemożliwiało złożenie i oszacowanie oferty Zamawiającemu przez wykonawców (za wyjątkiem DiaMed).
Odp. Jak w odpowiedzi na pyt. 37.

Pytanie 42 – dotyczy zadania nr 2
Firma Siemens Healthcare, producent odczynników i analizatorów parametrów krytycznych, ogłosiła zakończenie okresu wsparcia dla analizatorów RapidLab 248 (dawna nazwa Corning248) na dzień 30.09.2020r. Oznacza to brak dostępności po tej dacie oryginalnych i zwalidowanych przez producenta odczynników, materiałów zużywalnych, części zamiennych oraz świadczenia usług serwisowych przez autoryzowany serwis producenta.

W związku z powyższym, prosimy o informację czy Zamawiający w ramach niniejszego postępowania, na dostawę odczynników i materiałów do posiadanego przez Zamawiającego analiatora Corning 248, obejmujących okres 24 miesięcy od daty podpisania umowy, dopuści do składania oferty na dostawę odczynników i materiałów zużywalnych wraz z dzierżawą analizatora backup na wypadek niemożności wykorzystywania w tym okresie posiadanego przez Zamawiającego analizatora.

W takim przypadku prosimy o podanie:
- ilości oznaczeń, jakie Zamawiający zamierza wykonać w ciągu 24 miesięcy, - informację czy w ilości badań wliczone są badania kontroli jakości,
- jaki jest planowany harmonogram kontroli jakości
- czy Zamawiający oczekuje określonych parametrów technicznych analizatora i jeśli tak to jakich,
- informację, czy analizator ma być podłączony do sieci Laboratoryjnej i czy ma być to koszt oferenta zawarty w cenie oferty.

Jako autoryzowany przedstawiciel producenta na rynku polskim, informujemy, że w świetle zapisów obecnego postępowania po 30.09.2020r. nie będzie możliwości dostarczenia części elementów eksploatacyjnych wylistowanych przez Zamawiającego w załączniku nr 2 do niniejszego postępowania w tym przede wszystkim niezbędnych do wykonywania oznaczeń elektrod. Nadto brak dostępności części zamiennych po 30.09.2020r. oznacza potencjalny brak możliwości wykonania naprawy, w przypadku awarii analizatora po tym dniu, niezależnie od tego jaki podmiot będzie się tej naprawy podejmował, dlatego też proponujemy poszerzenie postępowania o analizator typu backup.
Odp. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 43
Składamy zapytanie czy Zamawiający zmieni siwz poprzez umożliwienie złożenia oferty na portalu epulap (własność ZOZ Łowicz). Będzie to korzystne dla obu stron. Prosimy o przychylne rozpatrzenie wniosku o zmianę.
Odp. Zgodnie z SIWZ.

Dyrektor
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu
Urszula Kapusta-Tymoshchuk

Zamykanie dostępu innym producentom z obszaru UE do postępowania jest niezgodne z Dyrektywą 2004/18/WE. oraz art. 29 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2010r. nr 113, poz. 759, ze zm.)bowiem przedmiotu zamówienia nie można opisywać w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję. Oznacza to w szczególności zakaz posługiwania się przez zamawiających przy określaniu przedmiotu zamówienia jakimikolwiek sformułowaniami lub parametrami, które wskazywałby na konkretny wyrób, produkt, czy też wykonawcę.
Działanie Zamawiającego, który uniemożliwia pozyskanie umowy producentom ze swojego obszaru gospodarczego UE,nie znajduje uznania w art. 15 ust. 1 pkt 5 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji(tj. Dz. U. 2003 r., Nr 153, poz. 1503 ze zm.)
Odp. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 40 – dotyczy zadania nr 5
Czy Zamawiający wymaga odczynników, karti krwinek produkcji DiaMed? Prosimy o udzielenie odpowiedzi. Przy czym odpowiedz „zgodnie z siwz" będzie potraktowane jako odmowa/brak odpowiedzi zgodnie z orzecznictwem UZP.
Odp. Zamawiający wymaga zaoferowania odczynników zgodnie z wymaganymi parametrami jakościowo technicznymi odczynników i materiałów zużywalnych stosowanych do oznaczeń w serologii transfuzjologicznej do dosiadanego zamkniętego systemu DIAMED.

Pytanie 41 – dotyczy zadania nr 5
Dotyczy wymagania: „Dostawca odczynników zapewni obsługę serwisowa zamkniętego systemu DIA MED i zobowiązuje się do corocznego, bezpłatnego przeglądu serwisowego (2 x w trakcie trwania umowy)". Ponieważ brak wskazania z jakich elementów składa się rzekomy system zamknięty DiaMed, prosimy o uzupełnienie opisu o brakujące dane, ponieważ uniemożliwiało złożenie i oszacowanie oferty Zamawiającemu przez wykonawców (za wyjątkiem DiaMed).
Odp. Jak w odpowiedzi na pyt. 37.

Pytanie 42 – dotyczy zadania nr 2
Firma Siemens Healthcare, producent odczynników i analizatorów parametrów krytycznych, ogłosiła zakończenie okresu wsparcia dla analizatorów RapidLab 248 (dawna nazwa Corning248) na dzień 30.09.2020r. Oznacza to brak dostępności po tej dacie oryginalnych i zwalidowanych przez producenta odczynników, materiałów zużywalnych, części zamiennych oraz świadczenia usług serwisowych przez autoryzowany serwis producenta.

W związku z powyższym, prosimy o informację czy Zamawiający w ramach niniejszego postępowania, na dostawę odczynników i materiałów do posiadanego przez Zamawiającego analiatora Corning 248, obejmujących okres 24 miesięcy od daty podpisania umowy, dopuści do składania oferty na dostawę odczynników i materiałów zużywalnych wraz z dzierżawą analizatora backup na wypadek niemożności wykorzystywania w tym okresie posiadanego przez Zamawiającego analizatora.

W takim przypadku prosimy o podanie:
- ilości oznaczeń, jakie Zamawiający zamierza wykonać w ciągu 24 miesięcy, - informację czy w ilości badań wliczone są badania kontroli jakości,
- jaki jest planowany harmonogram kontroli jakości
- czy Zamawiający oczekuje określonych parametrów technicznych analizatora i jeśli tak to jakich,
- informację, czy analizator ma być podłączony do sieci Laboratoryjnej i czy ma być to koszt oferenta zawarty w cenie oferty.

Jako autoryzowany przedstawiciel producenta na rynku polskim, informujemy, że w świetle zapisów obecnego postępowania po 30.09.2020r. nie będzie możliwości dostarczenia części elementów eksploatacyjnych wylistowanych przez Zamawiającego w załączniku nr 2 do niniejszego postępowania w tym przede wszystkim niezbędnych do wykonywania oznaczeń elektrod. Nadto brak dostępności części zamiennych po 30.09.2020r. oznacza potencjalny brak możliwości wykonania naprawy, w przypadku awarii analizatora po tym dniu, niezależnie od tego jaki podmiot będzie się tej naprawy podejmował, dlatego też proponujemy poszerzenie postępowania o analizator typu backup.
Odp. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 43
Składamy zapytanie czy Zamawiający zmieni siwz poprzez umożliwienie złożenia oferty na portalu epulap (własność ZOZ Łowicz). Będzie to korzystne dla obu stron. Prosimy o przychylne rozpatrzenie wniosku o zmianę.
Odp. Zgodnie z SIWZ.

Dyrektor
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu
Urszula Kapusta-Tymoshchuk