

Zespół Opieki Zdrowotnej
ul. Ułańska 28
99-400 Łowicz

05.06.2020 rok

Znak sprawy: ZOZ.VI.A.222/ 40/2020

Dot: Pytania i wyjaśnienia dotyczące treści Zapytania Ofertowego na wykonanie przeglądów technicznych sprzętu i aparatury medycznej.

Pytanie1.

Dotyczy Zadanie nr 5 poz. 6 - Jako autoryzowany serwis producenta BBraun Melsungen dokonujemy przeglądów i napraw wyłącznie pomp infuzyjnych BBraun w związku z powyższym prosimy o wydzielenie urządzeń z zadania nr. 5 Pompy Infuzyjne, poz. 6 (Pompa infuzyjna BBraun) do osobnego pakietu. Umożliwi nam to złożenie korzystnej oferty przetargowej. Jednocześnie prosimy o padanie nr katalogowych wraz z numerami seryjnymi w/w urządzeń wyszczególnionych w zadaniu 5 poz. 6.

Odp. Nie

Pytanie2.

Dotyczy Zadanie nr 1 CT poz. 7 i 15 - Jako autoryzowany serwis producenta Aesculap AG Tuttlingen dokonujemy przeglądów i napraw wyłącznie urządzeń medycznych tego producenta w związku z powyższym prosimy o wydzielenie urządzeń z zadania nr 1 poz. 7 (Zestaw do trepanacji czaszki Microspeed GD670) i poz. 15 (Dermaton elektryczny ELAN 6C) do osobnego pakietu, umożliwi nam to złożenie korzystnej oferty przetargowej.

Odp. W zadaniu 1 zamawiający dopuszcza składanie ofert na poszczególne pozycje.

Pytanie3.

Prosimy o wyszczególnienie wszystkich urządzeń wchodzących w skład Zadania nr 1 pozycji nr 7 wraz z podaniem ich nazw, numerów katalogowych oraz numerów seryjnych. Do stworzenia oferty przetargowej Wykonawca musi dokładnie wiedzieć jakie urządzenia Zamawiającego mają być objęte umową. Np. opis poz. 7 – „Zestaw do trepanacji czaszki Microspeed GD670” absolutnie nie określa jakie urządzenia wchodzi w skład tego zestawu ponieważ składy takich zestawów są dobierane dla każdego szpitala indywidualnie i najczęściej różnią się od siebie. Kierując się określeniem „ Zestaw” Wykonawca może założyć że w skład danego zestawu wchodzi wszystkie możliwe urządzenia jakie producent tego zestawu ma w katalogu co w rezultacie może być niekorzystne dla Zamawiającego w złożonej ofercie cenowej.

Odp. Zestaw do trepanacji czaszki Microspeed GD670 nr 4333

wyposażenie:

-stojak GA411 SIN 1109

-sterownik GD 688 SIN 1471

-motor GD 676 SIN 3761
- kable GD 672 szt2 SIN 4767; 4776

Pytanie 4.

Prosimy o wyszczególnienie wszystkich urządzeń wchodzących w skład Zadania nr 1 pozycji nr 15 wraz z podaniem ich nazw, numerów katalogowych oraz numerów seryjnych. Do stworzenia oferty przetargowej Wykonawca musi dokładnie wiedzieć jakie urządzenia Zamawiającego mają być objęte umową. Np. opis poz. 7 – „Dermaton elektryczny ELAN 6C” absolutnie nie określa jakie urządzenia wchodzi w skład tej pozycji ponieważ sam Dermaton jest tylko jednym z wielu urządzeń współpracujących ze sobą i mogących służyć również do wykonywania innych zabiegów medycznych. Wykonawca może założyć że w skład danego zestawu wchodzi wszystkie możliwe urządzenia jakie producent tego zestawu ma w katalogu, co w rezultacie może być niekorzystne dla Zamawiającego w złożonej ofercie cenowej.

Zwracamy uwagę, że Zamawiający mając na uwadze treść art. 29 ust.1 PZP, jest zobowiązany do opisu przedmiotu zamówienia w sposób jednoznaczny i wyczerpujący i z uwzględnieniem wszystkich wymagań i okoliczności, które mogą mieć wpływ na sporządzenie oferty.

Odp. Dermaton elektryczny ELAN 6C SIN 4787

wyposażenie:

-sterownikGA188
-wałek GA173 SIN 50731
-magłownica BA720 SIN 2771
-dermaton 6B231R SIN4152

Pytanie 5.

Zwracamy się z prośbą o postawienie wymogu przedstawienia certyfikatu w zakresie serwisowanej aparatury medycznej, będącej przedmiotem niniejszego postępowania, wystawionego przez producenta sprzętu lub autoryzowanego przedstawiciela producenta.

Jako autoryzowany przedstawiciel producenta, pragniemy zwrócić uwagę Zamawiającego na kwestie związane z wykonywaniem serwisu przez podmioty nieuprawnione. Podkreślamy, że umożliwienie osobom nieuprawnionym przez Producenta sprzętu medycznego wykonywania przeglądów, napraw oraz wymiany części zamiennych niewiadomego pochodzenia, jednoznacznie wiąże się z nie wypełnieniem przy użytkowaniu Sprzętu zapisów instrukcji jego użytkowania.

Odp. Nie wymaga.

Pytanie 6.

Czy Zamawiający celem zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa pracy personelu medycznego oraz pacjentów, zgodności zapisów z instrukcją obsługi urządzenia oraz wymogami ustawy o wyrobach medycznych będzie wymagał do przeglądów i napraw użycia wyłącznie oryginalnych części zamiennych.

Odp. Nie.

Pytanie 7.

Ustawa o wyrobach medycznych w celu zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa pracy personelu medycznego i pacjenta wymaga przeprowadzenia przeglądów technicznych zgodnie z wymogami producenta. Czy zamawiający wymaga, aby w ramach procedury przeglądowej zgodnej z wymogami producenta, zostały wymienione części zużywalne według harmonogramu podanego w instrukcji obsługi?

Odp. Nie

Pytanie 8.

Czy Zamawiający celem zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa pracy personelu medycznego i pacjenta, spełnienia procedur producenta, dostępu do oryginalnych części, aktualnego oprogramowania, wiedzy i dokumentacji technicznej będzie wymagał od wykonawcy posiadania autoryzacji producenta?

Odp. Nie

Pytanie 9.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z zadania nr 4 pozycji nr: 4,5 do osobnego pakietu? Wydzielenie w/w pozycji pozwoli na przygotowanie korzystniejszej oferty dla szpitala.

Odp. Nie

Pytanie 10.

Bardzo proszę o informację czy dla urządzeń z pakietu 5 w cenie przeglądów należy uwzględnić wymianę akumulatorów. Informacja ta jest niezbędna do oszacowania kosztów.

Odp. Nie

Dyrektor
Zespołu Opieki Złototnej w Łowiczu
Urszula Kapusta-Tymoshchuk