

ADT.26.10.2022

Łowicz, dn.06.06.2022r.

**Pytania i wyjaśnienia dotyczące treści zapytania ofertowego
na dzierżawę analizatorów, dostawy odczynników laboratoryjnych i artykułów
laboratoryjnych.**

Poniżej przedstawiamy Państwu pytania w sprawie wyjaśnienia zapisów w dokumentacji zapytania ofertowego, które wpłynęły do Zamawiającego.

Bezpośrednio pod każdym pytaniem zamieszczamy odpowiedzi, które wyjaśniają poruszony problem.

Pytanie 1 - dotyczy zadania nr 2 poz. 2, 6, 12 i 15

Prosimy o wyłączenie pozycji 2, 6, 11, 12 i 15 z pakietu 2 utworzenie z niej odrębnego pakietu Obecny opis przedmiotu zamówienia tworzy preferencje dla konkretnego wytwórcy, dysponującego pełnym asortymentem wymienionych w Zadaniu 2 uniemożliwiając składanie ofert pozostałym podmiotom posiadającym w swojej ofercie testy immunochromatograficzne (kasetkowe), lecz nie posiadającym pozostałej części asortymentu co budzi podejrzenia o faworyzowanie konkretnego wytwórcy przez Zamawiającego z naruszeniem dyscypliny finansów publicznych (na podstawie przepisów zawartych art. 16 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (wraz z późn. zm.)). Poprzez sformułowanie przedmiotu zamówienia ograniczające faktyczny krąg podmiotów ubiegających się o udzielenie zamówienia, posiadających w swojej ofercie testy immunochromatograficzne, Zamawiający narusza odpowiednie przepisy ustawy PZP: 1) art. 16 pkt. 1, poprzez przeprowadzenie postępowania w sposób naruszający zasadę uczciwej konkurencji, równego traktowania wykonawców, przejrzystości oraz proporcjonalności, poprzez sformułowanie postanowień SIWZ w sposób bezzasadnie ograniczający krąg podmiotów uprawnionych do ubiegania się o udzielenie zamówienia w postępowaniu;

2) art. 99 ust. 4, 5 w zw. z art. 16 pkt. 1, poprzez wadliwe opisanie przedmiotu zamówienia, polegające na wprowadzeniu do jednego zamówienia produktów dostępnych tylko u jednego lub bardzo ograniczonej liczby podmiotów bez podziału tego zamówienia na części i tym samym ograniczenie liczby wykonawców uprawnionych do ubiegania się o udzielenie zamówienia w postępowaniu;

3) art. 99 ust. 4, 5 w zw. art. 36aa ust. 1 w zw. z art. 7 ust. 1, poprzez wadliwe opisanie przedmiotu zamówienia, polegające na niedopuszczeniu możliwości składania ofert częściowych/nieudzielenie zamówienia w częściach i tym samym ograniczenie liczby podmiotów uprawnionych do ubiegania się o udzielenie zamówienia w postępowaniu. W odniesieniu do art. 96 ust. 1 pkt. 11 ustawy PZP (zgodnie z którym Zamawiający powinien literalnie wskazać przyczyny niedokonania podziału zamówienia na części), cytowany przepis stanowi transpozycję do polskiego porządku prawnego normy zawartej w art. 46 ust. 1 dyrektywy klasycznej. Zgodnie z motywem 78 preambuły do dyrektywy klasycznej w przypadku, gdy instytucja zamawiająca zdecyduje, że podział zamówienia na części nie byłby właściwy, stosowne indywidualne sprawozdanie lub dokumenty zamówienia powinny zawierać wskazanie głównych przyczyn decyzji instytucji zamawiającej. Przesłanki zawarte w powyższym motywie preambuły nie mają zastosowania w przedmiotowym postępowaniu. Zgodnie z treścią sentencji wyroku KIO z dnia 2017-01-02, sygn. akt.: KIO 2346/16 (w myśl którego KIO nakazała instytucji zamawiającej dokonanie podziału zamówienia na części) : „uznać należy, iż obawy związane z ewentualnymi niewielkimi trudnościami czy kosztami bądź nieznacznymi problemami z koordynowaniem działań wykonawców, a tym bardziej wygoda zamawiającego, nie powinny stanowić dostatecznej podstawy do zaniechania podziału zamówienia na części.”

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 2 - dotyczy zadania nr 2 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w pozycji 1 testów konfekcjonowanych 25 szt/op., oraz przeliczenie na odpowiednią ilość opakowań zbiorczych?
Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 3 - dotyczy zadania nr 2 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w pozycji 1 testu o czułości 10 ng/ml?
Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 4 - dotyczy zadania nr 2 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w pozycji 3 testów konfekcjonowanych 25 szt/op., oraz przeliczenie na odpowiednią ilość opakowań?
Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 5 - dotyczy zadania nr 2 poz. 7

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w pozycji 7 testów konfekcjonowanych 25 szt/op.?
Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 6 - dotyczy zadania nr 2 poz. 8

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w pozycji 8 testów konfekcjonowanych 25 szt/op., oraz przeliczenie na odpowiednią ilość opakowań?
Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 7 - dotyczy zadania nr 2 poz. 8

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w pozycji 8 testu o czułości 97,6%?
Odp. Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

Pytanie 8 - dotyczy zadania nr 2 poz. 9

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w pozycji 9 testów konfekcjonowanych 25 szt/op.?
Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 9 - dotyczy zadania nr 2 poz. 9

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w pozycji 9 testu parametrach dla: Rotavirusa czułość 97,3%; dla Adenovirusa czułość 95,2%?
Odp. Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

Pytanie 10 - dotyczy zadania nr 2 poz. 10

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w pozycji 10 testu o parametrach dla: Norovirusa czułość 95,7%; Rotavirusa czułość 97,3%; Adenovirusa czułość 95,2%?
Odp. Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

Pytanie 11 - dotyczy zadania nr 2 poz. 13

Prosimy o podanie, w jaki sposób w pozycji 13 prawidłowo przeliczyć ilość opakowań handlowych w przypadku występowania na rynku opakowań posiadających inną ilość sztuk niż umieszczone w SIWZ, w wynik dzielenia liczby opakowań przez liczbę sztuk nie jest liczbą całkowitą (czy podawać pełne ilości opakowań zaokrąglone w górę, czy ilość opakowań przeliczyć do dwóch miejsc po przecinku)?

Odp. Aby prawidłowo przeliczyć ilość opakowań handlowych zamawiający wymaga aby podać pełne ilości opakowań zaokrąglone w górę.

Pytanie 12 - dotyczy zadania nr 2

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w pozycji Streptococcus z grupy A testu o czułości 95,1% oraz swoistości 97,8%?

Odp. Zamawiający dopuszcza.



Dyrektor
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu
Urszula Kapusta-Tymoshchuk

