

Pytania i wyjaśnienia dotyczące treści SIWZ II

dotyczy: postępowania o udzielenia zamówienia publicznego na dzierżawę analizatora i dostawy odczynników laboratoryjnych.

Poniżej przedstawiamy Państwu pytania w sprawie wyjaśnienia zapisów w dokumentacji przetargowej, które wpłynęły do Zamawiającego od biorących udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

Bezpośrednio pod każdym pytaniem zamieszczamy odpowiedzi, które wyjaśniają poruszony problem.

Pytanie 1 - dotyczy zadania 3, poz. 10

Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaproponowanie testu kasetowego, do jednoczesnego wykrywania GDH/TOXA/TOXB Clostridium difficile? (zgodny z załączoną specyfikacją).

Test charakteryzuje się progami wykrywalności na poziomie:

GDH – 0,38 ng/ml

Tox A – 0,5 ng/ml

Tox B 0,78 ng/ml?

Odp. Tak, pod warunkiem zachowania pozostałych wymagań.

Pytanie 2 - dotyczy zadania 3, poz. 13

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie zestawu do pobierania owsików, w którym odcisk/wymaz pobiera się bezpośrednio za pomocą szkiełka, które służy do analizy? Szkiełka są bezpieczne, zaokrąglone na końcach, nie powodują ran na skórze.

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 3 - dotyczy zadania 3, poz. 10

Czy w poz. 10 Zamawiający wymaga kasetkowego testu immunoenzymatycznego?

Odp. Tak, zamawiający wymaga kasetkowego testu immunoenzymatycznego.

Pytanie 4 - dotyczy zadania 3, poz. 10

Czy w poz. 10 Zamawiający wymaga testu, w którym próbkę można przechowywać przez do 72 godz. bez konieczności mrożenia?

Odp. Tak.

Pytanie 5 - dotyczy zadania 3, poz. 10

Czy w poz. 10 Zamawiający wymaga, aby czułość i swoistość testu była wyznaczona względem metody referencyjnej (hodowla tkankowa)?

Odp. Dopuszcza, ale nie wymaga.

Dyrektor
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu

Jacek Kaniewski

