

Zespół Opieki Zdrowotnej
ul. Ułańska 28
99-400 Łowicz

ZOZ.VI.A.222/25/2019

Łowicz 06.05.2019r.

**Pytania i wyjaśnienia dotyczące treści zapytania ofertowego na wykonanie usługi przeglądów
technicznych sprzętu i aparatury medycznej dla ZOZ w Łowiczu**

Pytanie1.

Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą certyfikatu (świadczenia dostawy). Prosimy o wyjaśnienie czy ma to być certyfikat – autoryzacja producenta uprawniająca do wykonywania serwisu czy też dowód dostawy serwisowanego urządzenia na rzecz ZOZ w Łowiczu?

Odp. Jest to oczywista pomyłka zamawiającego. Oferent nie musi dołączać/ świadectwa dostawy/.

Pytanie2.

Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą oświadczenia wykonawcy w zakresie RODO zgodnie z treścią załącznika nr 3. Załącznikiem nr 3 w przedmiotowym zapytaniu jest Projekt umowy. Jakiego zatem oświadczenia i o jakiej treści wymaga Zamawiający?

Odp. Jest to oczywista pomyłka zamawiającego, dotyczy podpisu projektu umowy.

Pytanie3

Zamawiający w zapytaniu ofertowym podaje, że termin płatności wynosi 60 dni od daty otrzymania faktury zaś w § 4 ust. 1 umowy – 30 dni. Prosimy o wyjaśnienie jaki jest termin płatności i stosowna korektę zapisu.

Odp. Jest to pomyłka zamawiającego, § 4 ust.1 umowy – 60 dni.

Pytanie 4

Czy Zamawiający będzie wymagał autoryzacji producenta? Wyłącznie firma posiadająca autoryzację jest w stanie wykonać przegląd zgodnie z wytycznymi producenta oraz zaktualizować oprogramowanie do najnowszej dostępnej dla danego modelu wersji.

Odp. Nie

Pytanie 5

Zamawiający wymaga dołączenia do Certyfikatu (świadczenia dostawy). Prosimy o rezygnację z ww. wymogu, ponieważ przedmiotem zapytania ofertowego są usługi wykonania przeglądów.

Odp. Jest to oczywista pomyłka zamawiającego. Oferent nie musi dołączać/ świadectwa dostawy/.

Pytanie 6

Zamawiający wymaga dołączenia do oferty oświadczenia w zakresie RODO zgodnie z treścią załącznika nr3. Prosimy o udostępnienie treści załącznika nr3, ponieważ dołączony do specyfikacji załącznika numer 3 stanowi wzór umowy.

Odp. Jest to oczywista pomyłka zamawiającego, dotyczy podpisu projektu umowy.

Pytanie7

Uprzejmie prosimy o wyjaśnienie co Zamawiający rozumie przez Certyfikat (świadczenie dostawy) dołączone do oferty?

Odp. Jest to oczywista pomyłka zamawiającego. Oferent nie musi dołączać/ świadectwa dostawy/.

Pytanie 8

Prosimy o doprecyzowanie typu, modelu, nr seryjnego dla mikroskopów.

Odp. LUMIPAN nr. seryjny 379112 producent CARL ZEISS JENA rok produkcji 1966

OLYMPUS CH 30RF200 nr. seryjny GE03039 rok produkcji 1996

BIOLAR nr. Seryjny 19147, producent PZO Warszawa rok produkcji 1987

BIOLAR nr. Seryjny 14548, producent PZO Warszawa rok produkcji 1992

BIOLAR nr. Seryjny 07499, producent PZO Warszawa rok produkcji 1981

BIOLAR nr. Seryjny 13282, producent PZO Warszawa rok produkcji 1977

Pytanie 9

Działając w imieniu firmy Medikol Systems sp. z o.o. prosimy o informację na temat producenta i typu automatycznego wstrzykiwacza do kontrastu będącego przedmiotem zamówienia w pakiecie 4.

Odp. Automatyczny wstrzykiwacz kontrastu typ Vistron CT NR57298 producent MEDRAD, rok produkcji 2009

p.o. Dyrektora
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu

Marcin Plute