

**Pytania i wyjaśnienia dotyczące treści zapytania ofertowego  
na dostawę rektoskopu wraz z oprzyrządowaniem**

Poniżej przedstawiamy Państwu pytania w sprawie wyjaśnienia zapisów w zapytaniu ofertowym, które wpłynęły do Zamawiającego od potencjalnych Wykonawców.

Bezpośrednio pod każdym pytaniem zamieszczamy odpowiedzi, które wyjaśniają poruszony problem.

**Pytanie nr 1**

Czy zamawiający dopuści rektoskop o podanych parametrach

L.p.	OPIS PARAMETRÓW WYMAGANYCH - MINIMALNYCH	Parametr Oferowany
1	źródło światła wykonane w technologii LED	TAK
2	uniwersalna głowica rektoskopowa	TAK
3	światło o dużej intensywności przekazywane do głowicy i dalej do wziernika za pomocą giętkiego światłowodu min. 1,8mb x 4,8mm	TAK
4	głowica wyposażona w szkło powiększające x 1,5	TAK
5	do głowicy można stosować jednorazowe tubusy - wzierniki	TAK
5.1.	anoskopowe	TAK
5.2.	proktoskopowe	TAK
5.3.	sigmoidoskopowe	TAK
6.	możliwość zakupu wielorazowych wzierników ze stali nierdzewnej łatwych do dezynfekcji o wymiarach:	
6.1.	dł. 8 cm , średnica 20mm;	TAK
6.2.	dł. 30 cm , średnica 20mm;	TAK
7	szczypce biopsyjne	TAK
8	źródło światła LED	TAK
9	czas pracy LED 10.000 godz.	60 000godz
10	temperatura barwy 3200K	5000K
11	zasilanie 230V,50Hz	TAK
12	pobór mocy 33VA	50VA
13	wymiary 235 x 115 x 255 mm (+/- 10%)	120x120x165mm
14	waga 2,8 kg (+/- 10%)	1,7kg
15	Oferowany termin gwarancji min 24 miesiące	TAK
16	Dostarczony sprzęt musi być fabrycznie nowy, pełnowartościowy, z pełnym oprzyrządowaniem i wolny od obciążeń prawami osób trzecich, rok produkcji 2019.	TAK

**Odp.** Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania rektoskopu o parametrach jak wyżej.

Dyrektor  
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu  
Urszula Kapusta-Tymoshchuk