Zespół Opieki Zdrowotnej w Łowiczu
ul. Ułańska 28
99-400 Łowicz

ZOZ.VI.ZP.241- 10/2019

Łowicz, dnia 03.12.2019r.

Pytania i wyjaśnienia dotyczące treści SIWZ

Dotyczy postępowania o udzielenia zamówienia publicznego na dostawy wyrobów medycznych

Poniżej przedstawiamy Państwu pytania w sprawie wyjaśnienia zapisów w dokumentacji przetargowej, które wpłynęły do Zamawiającego od biorących udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

Bezpośrednio pod każdym pytaniem zamieszczamy odpowiedzi, które wyjaśniają poruszony problem.

Pytanie 1 - dotyczy zadania nr 14
Czy Zamawiający w Zadaniu 14 dopuści czepek do bezwodnego mycia głowy nasączony substancjami myjącymi oraz odżywką, nie wymagający namoczenia oraz spłukiwania, skład: woda, glicerol, kokamidopropylobetaina, polikwaternium-7, hydrolizat protein pszenicy, aloes barbadoski, pantenol, zapach, fenoksyetanol, etyloheksylogliceryna, kwas beznozesowy, kwas dehydrooctowy, sorbinian potasu, benzoesan sodu. Materiał: polar poliestrowo-wiskozowy laminowany polietylenem, nasączony jakościowym płynem kosmetycznym z odżywką, zawiera wyciąg z pszenicy, zapach, aloes; bezalkoholowy, nie zawiera parabenów, z możliwością podgrzania w mikrofalówce. 1 sztuka w woreczku, 24 woreczki w jednostce sprzedażowej Wyrób odpowiada kodeksowi kosmetycznemu 1223/2009 EWG.?
Odp. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 2 - dotyczy zadania nr 32 poz. 1
Czy Zamawiający w Zadaniu 32 poz. 1 dopuści kaniule bez portu bocznego, w rozmiarze 26G x19mm, wykonane z FEP, o przepływie 17ml/min., widoczną w USG; opakowanie typu Tyvek, nierozrywalne, wodoszczelne?
Odp.Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 3 - dotyczy zadania nr 17 poz. 1
Czy Zamawiający w Zadaniu 17 dopuści wycenę golarki z ostrzem ze stali nierdzewnej o wymiarze 1,1x4cm, w opakowaniu x 100 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości?
Odp. Przedmiotem zamówienia w zadaniu nr 17 są siatki od operacji przepuklin.

Pytanie 4 - dotyczy zadania nr 19 poz. 1
Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu o chłonności warstwy zewnętrznej min. 285% i odporności na rozerwanie min. 161 kPa, posiadającego w swoim składzie ręczniki celulozowe w rozmiarze 30 x 33 cm? Pozostałe parametry i skład bez zmian.
Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 5 - dotyczy PROJEKT UMOWY§ 2, ust. 6
Wnosimy o zmianę zapisów umowy dotyczących zastrzegania kar umownych i obniżenie ich wysokości do kwoty 0,2% wartości opóźnionej/ uzupełnianej części dostawy.
Odp. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 6 – dotyczy Zadania 12 pozycja 6
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 6 do oddzielnego pakietu, co pozwoli na przystąpienie do przetargu większej liczby Wykonawców, co znacznie zwiększy konkurencyjność ofert, a Zamawiającemu pozwoli na osiągnięcie niższych cen i racjonalne gospodarowanie środkami publicznymi.
Odp. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 7 – dotyczy Zadania 12 pozycja 6
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie żelu znieczulającego <LIDOCAINE H/CHL. + CHLORHEXIDINUM GLUCONICUM + HYDROXYBENZOESAN METYLU + HYDROXYBENZOESAN PROPYLU 2g+0,25g+0,06g+0,025g / 100g > w wygodnych ampułkostrzykawkach z podziałką o pojemności 11ml (11g)?
Odp. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 8 – dotyczy Zadanie 19
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w zadaniu 19 niżej opisanego zestawu:
Sterylny zestaw uniwersalny:
- 1 taśma przylepna 9 x 50 cm
- 1 wzmocniona osłona na stolik Mayo 79 x 145 cm, wzmocnienie 65 x 85 cm
- 2 ręczniki celulozowe do osuszania rąk 30,5 x 34 cm
- 2 serwety przylepne 75 x 90 cm
- 1 serweta przylepna 180 x 180 cm
- 1 serweta przylepna 150 x 240 cm
- serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm, wzmocnienie 75 x 190 cm, owinięcie zestawu

Serwety wykonane z materiału 2-warstwowego (włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa) o gramaturze 60g/m2. Absorpcja płynu 458%. Odporność na penetrację płynów 165 cm H2O. Odporność na rozerwanie na sucho/mokro 168 kPa. Zestawy zgodne z normą EN 13795 1-3. Na opakowaniu cztery etykiety samoprzylepne dla potrzeb dokumentacji zawierające min. nr katalogowy, LOT, datę ważności, kartę informacyjną ze spisem komponentów oraz nazwę jednoznacznie identyfikującą dostawcę. Zestaw zapakowany w opakowanie typu folia/papier.
Zestaw w celu zapewnienia bezpieczeństwa aseptyki i sterylności dostarczany w kartonowych opakowaniach zbiorczych zawierających 12 zestawów (2 dyspensery kartonowe zawierające 6 zestawów).
Odp. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 9 – dotyczy Zadania 10 pozycja 2
Czy Zamawiający dopuści papier biały i zielony pakowane osobno?
Odp. Zamawiający dopuszcza, pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Pytanie nr 10 – dotyczy Zadania 10 pozycja 5
Sposób graficznego rozmieszczenia substancji wskaźnika nie ma wpływu na ocenę właściwości cyklu sterylizacji. Wskaźniki muszą jedynie dostarczyć wyraźnie dostateczny dowód ekspozycji po poddaniu działaniu czynnika sterylizującego o określonych parametrach (PNENISO 11140). Czy – wobec powyższego - Zamawiający dopuszcza zaoferowanie testu zintegrowanego klasy 5 z przesuwalną substancją, z jednym okienkiem posiadającym wyraźne rozgraniczenie pola wskaźnikowego wewnątrz okienka na część oznaczającą prawidłowy wynik sterylizacji oraz część oznaczającą nieprawidłowy wynik sterylizacji?
Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 11 – dotyczy Zadania 10 pozycja 5
Dotyczy Zadania nr 10, pozycja nr 5: Prosimy o odstąpienie od wymogu by informacje na teście były w języku polskim. Wszystkie istotne oznaczenia na teście umieszczone są w postaci powszechnie znanych piktogramów, a dodatkowo Wykonawca dostarcza wraz z testami instrukcje w języku polskim.
Odp. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 12 – dotyczy Zadania 10 pozycja 6
Czy Zamawiający dopuści torebki o gramaturze minimum 60g/m^2?
Odp. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 13 – dotyczy Zadania 10 pozycja 6 a
Czy w miejsce torebki 90x133mm Zamawiający dopuści torebki o wymiarze 90x135mm?
Odp. Zamawiający dopuszcza., pozostałe parametry bez zmian.

Pytanie nr 14 – dotyczy Zadania 10 pozycja 6 c
Czy w miejsce torebki 130x254mm Zamawiający dopuści torebki o wymiarze 135x250mm?
Odp. Zamawiający dopuszcza., pozostałe parametry bez zmian.

Pytanie nr 15 – dotyczy Zadania 10 pozycja 6d
Czy w miejsce torebki 200x330mm Zamawiający dopuści torebki o wymiarze 190x330mm?
Odp. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 16 – dotyczy Zadania 10 pozycja 6e
Czy w miejsce torebki 300x390mm Zamawiający dopuści torebki o wymiarze 305x381mm?
Odp. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 17 – dotyczy Zadania 10 pozycja 6e
Czy Zamawiający dopuści torebki posiadające nadruki po stronie folii lub papieru, mogące znajdować się również w przestrzeni pakowania jeśli ich obecność nie zakłóca procesu sterylizacji?
Odp. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 18– dotyczy Zadania 10 pozycja 7
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie pakietów testowych Bowie&Dick składających się z karty testowej umieszczonej pomiędzy arkuszami specjalnego papieru bez pianki oraz posiadające wskaźnik przebarwiający się z koloru niebieskiego na czarny, opakowane w specjalistyczny papier?
Odp. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 19– dotyczy Zadania 25 pozycja 1, 2, 3
Czy Zamawiający w trosce o bezpieczeństwo personelu i pacjentów oraz zachowanie uczciwej konkurencji,dopuści do postępowania **równoważny**, antybakteryjny system do odsysania konkurencyjnego producenta pod **warunkiem bezpłatnego doposażenia szpitala, na czas trwania umowy w niezbędne oprzyrządowanie (pojemniki, mocowniki)?**Cechy użytkowe oferowanego systemu:
- wkłady posiadają w pokrywie dwa króćce (pacjent, próżnia), o różnej średnicy, co zapobiega mylnemu podłączeniu drenów. Króciec przyłączeniowy do pacjenta jest uniwersalny(także do zabiegów ortopedycznych-8,5mm) kątowy, gładki i rozszerzający się, przez co dostosowany jest do drenów o różnej średnicy. Wkłady wyposażone są w filtr hydrofobowo-antybakteryjny, zabezpieczający źródło ssania przed zalaniem jak i personel przed kontaktem z odsysaną wydzieliną,w zatyczkę do portu pacjenta, oraz dwa uchwyty w postaci pętli do wygodnego demontażu,ochrona przeciwbryzgowa jest zabezpieczona przez rozwiązanie konstrukcyjne wkładu. Wkłady samo zasysają się i samo uszczelniają po uruchomieniu ssania. Wkłady odporne na rozdarcie i perforację, nie przywierające do kanistra,wykonane z polietylenu, bez zawartości PCV, w pokrywie otwór do pobierania próbek, napełniania proszkiem żelującym; oferowane wkłady będą z substancją żelującą w środku. Wymiana wkładów po odłączeniu ssania od wkładu (brak konieczności odłączania źródła ssania),zaleca się dla sprawnego i bezpiecznego przebiegu czynności wymiany wkładu, drugą ręką przytrzymać kanister. Wkłady - 1L, 2L, 3L o kształcie okrągłym do wyboru przez zamawiającego.Wkłady występują w postaci częściowo sprasowanej dla oszczędności miejsca magazynowania.
- kanistry z przezroczystego tworzywa(kompatybilne z oferowanymi wkładami),ze skalą pomiarową, z możliwością mycia ręcznego, mechanicznego i sterylizacji w temp.121st.C, wyposażone są w zaczep do mocowania, bez innych przyłączy. Powyżej opisany system charakteryzuje się prostotą obsługi jak i bezpieczeństwem użytkowania.
Zgoda Zamawiającego umożliwi zaoferowanie systemu najnowocześniejszego na rynku, ze względu na **opatentowaną, antybakteryjną** technologię produkcji wkładów i pojemników (co jest potwierdzone badaniami laboratoryjnymi wg. ISO 22196) .
Odp. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 20– dotyczy Zadania 25 pozycja 1, 2;
Czy zamawiający oczekuje, aby na każdym wkładzie była umieszczona fabrycznie nadrukowana data ważności i numer serii? Zamawiający ma wówczas pełną kontrolę nad używanym asortymentem pod względem przydatności(data ważności) i identyfikacji(numer serii) nad asortymentem, po dekompletacji opakowania zbiorczego poprzez wydawkę na oddziały. Fabrycznie nadrukowana data ważności, warunkuje także, kontrolę nad skutecznością i przydatnością filtrów we wkładzie.
Odp. Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Pytanie nr 21 – dotyczy Zadania 3 pozycja 5
Czy Zamawiający dopuści zaciskacz do pępowiny o długości powierzchni ząbkowanej ok. 4cm?
Odp. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 22 – dotyczy Zadania 3 pozycja 6
Czy Zamawiający dopuści niesterylne opaski identyfikacyjne?
Odp. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 23 – dotyczy Zadania 3 pozycja 8
Czy Zamawiający dopuści kieliszki pakowane a'90 szt. z przeliczeniem ilości na 542 opakowania?
Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 24 – dotyczy Zadania 3 pozycja 16
Czy Zamawiający dopuści zestaw do lewatywy z drenem zakończonym otworem centralnym oraz otworem bocznym, bez plastikowej kanki?
Odp. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 25 – dotyczy Zadania 4 pozycja 4
Czy Zamawiający dopuści papier do KTG w bloku o wymiarach 112mm x 100mm x 100 kartek?
Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 26 – dotyczy Zadania 4 pozycja 5
Czy Zamawiający oczekuje zaoferowania papieru oryginalnego (Sony, Japonia), gwarantującego jakość i trwałość wydruku, czy dopuszcza zamiennik?
Odp. Zamawiający wymaga papieru oryginalnego Sony, Japonia.

Pytanie nr 27 – dotyczy Zadania 4 pozycja 6
Czy Zamawiający dopuści elektrody do Holtera z żelem stałym?
Odp. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 28 – dotyczy Zadania 4 pozycja 6
Czy Zamawiający dopuści elektrody do Holtera w rozmiarze 55mm x 41mm lub o średnicy 55mm?
Odp. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 29 – dotyczy Zadania 5 pozycja 5
Czy Zamawiający dopuści cewnik Foley Ch 6 z balonem o pojemności 3ml?
Odp. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 30 – dotyczy Zadania 5 pozycja 9-12
Czy Zamawiający dopuści cewnik typu Nelaton w opakowaniach folia-papier?
Odp. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 31 – dotyczy Zadania 5 pozycja 2
Czy Zamawiający dopuści worek skalowany co 100ml?
Odp. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 32 – dotyczy Zadania 5 pozycja 26
Czy Zamawiający dopuści worek do godzinowej zbiórki moczu o pojemności całkowitej 2500ml, worek o pojemności 2000ml, bez wzmocnienia stelażem, komora pomiarowa 500ml, od 3ml do 40ml pomiar co 1ml, dren o długości 120cm?
Odp. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 33 – dotyczy Zadania 6 pozycja 1
Czy Zamawiający dopuści zgłębniki żołądkowe o długości 105cm?
Odp.
Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 34 – dotyczy Zadania 6 pozycja 4
Czy Zamawiający dopuści dreny Kehra 100% silikon z ramionami 45x18cm?
Odp. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 35 – dotyczy Zadania 6 pozycja 5
Czy Zamawiający dopuści dren o długości 300 cm?
Odp. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 36 – dotyczy Zadania 6 pozycja 6
Czy Zamawiający dopuści końcówkę typu Convectional o dł. ok. 27cm?
Odp. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 37 – dotyczy Zadania 6 pozycja 8
Czy Zamawiający dopuści dren perforowany na dł. 14cm?
Odp. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 38 – dotyczy Zadania 7 pozycja 3
Czy Zamawiający dopuści cewnik do podawania tlenu o długości 200cm, bez regulacji długości części donosowej?
Odp. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 39 – dotyczy Zadania 7 pozycja 4-7
Czy Zamawiający dopuści cewnik do odsysania z otworem centralnym oraz dwoma otworami bocznymi naprzemianległymi?
Odp. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 40 – dotyczy Zadania 7 pozycja 10
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie wymienionej pozycji i utworzenie z niej odrębnego zadania? Podział zadania zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert.
Odp. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 41 – dotyczy Zadania 9 pozycja 4
Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za op=10szt, z przeliczeniem zamawianej ilości?
Odp. Zamawiający dopuszcza, pozostałe parametry bez zmian.

Pytanie nr 42 – dotyczy Zadania 9 pozycja 5-6
Czy Zamawiający dopuści fartuch wykonany z foli o grubości 0,03mm?
Odp. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 43 – dotyczy Zadania 9 pozycja 6
Czy Zamawiający dopuści fartuch przedni niejałowy?
Odp. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 44 – dotyczy Zadania 13
Czy Zamawiający dopuści torbę na wymiociny o pojemności 1000ml z kartonowym uchwytem dopasowującym się do kształtu twarzy?
Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 45 – dotyczy Zadania 14
Czy Zamawiający dopuści jednorazowy czepek do bezwodnego mycia głowy, zewnętrzna warstwa polietylenowa, wewnętrzna warstwa włókniny nasączony substancjami myjącymi oraz odżywką. Nie wymagający namoczenia oraz spłukiwania, zawierający w składzie m.in. kokamidopropylobetainę oraz dioctan glutaminianu tetrasodowego, pakowany pojedynczo, z możliwością podgrzania w mikrofalówce (20 sek. w 800W), zapachowy, na opakowaniu nadrukowany skład oraz instrukcja użycia, nie zawiera, zarejestrowany jako produkt kosmetyczny ?
Odp. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 46 – dotyczy Zadania 22 poz. 1 - 2
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie wymienionych pozycji i utworzenie z nich odrębnego zadania? Podział zadania zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert.
Odp. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 47 – dotyczy Zadania 24
Czy Zamawiający dopuści sondy Sengstakena dostępne w rozmiarach 16, 18 i 20?
Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 48 – dotyczy Zadania 10 poz. 6e
Czy w miejsce torebek o wymiarze 300x390mm Zamawiający dopuści torebki 300x460mm?

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 49 – dotyczy Zadania 5 poz. 5, 6, 7
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie cewników wykonanych z lateksu silikonowanego, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.
Odp. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 50 – dotyczy Zadania 5 poz. 26
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu do pomiaru diurezy godzinowej, sterylny. Dwuświatłowy dren łączący 150 cm, łącznik do cewnika foley wyposażony w płaski, łatwy do zdezynfekowania bezigłowy port do pobierania próbek z przezroczystym okienkiem podglądu do kontroli obecności moczu i procesu pobierania próbki oraz w uchylną zastawkę antyzwrotną, na wejściu do komory dren zabezpieczony spiralą antyzagięciową na odcinku min. 5 cm, komora pomiarowa 500 ml, wyposażona w zabudowany, niemożliwy do przekłucia filtr hydrofobowy, cylindryczna komora precyzyjnego pomiaru wyskalowana linearnie od 1 do 40 ml co 1 ml, z cyfrowym oznaczeniem co 5 ml, komory pomiarowej od 40 do 90 ml co 5 ml i od 90 do 500 ml co 10 ml. Opróżnianie komory poprzez przekręcenie zaworu o 90 st. bez manewrowania komorą, niewymienny worek na mocz 2000 ml połączony fabrycznie, z klamrami stabilizującymi i zabezpieczajacymi przed przypadkowym wypięciem z haczyków mocujących, posiadający filtr hydrofobowy, zastawkę antyzwrotną oraz kranik typu T podwieszany ku górze w otwartej zakładce. Worek skalowany co 100 ml od 25 ml. Możliwość podwieszania zestawu na minimum 3 niezależne sposoby.
Odp. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 51 – dotyczy Zadania 5 poz. 26
Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie, czy oczekuje zestawu z portem do pobierania próbek wyposażonego w okienko podglądu, służące do kontroli obecności moczu i procesu pobierania próbek?
Odp. Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie nr 52 – dotyczy Zadania 5 poz. 26
Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie, czy oczekuje zestawu z zastawką antyzwrotną umieszczoną w drenie oraz w cewniku?
Odp. Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie nr 53 – dotyczy Zadania 7 poz. 10
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie maski anestetycznej jednorazowego użytku z nadmuchiwaną poduszką twarzową z PCV, korpus maski oraz haczykowaty pierścień wykonane z poliwęglanu, silikonowy zawór skierowany pionowo w nosowej części maski, możliwość pracy w środowisku MRI, w rozmiarach wiekowych od 1-7 odpowiednio: noworodek / niemowlę / małe dziecko / dziecko / dorosły mały /dorosły średni / dorosły duży. Waga w (g) odpowiednio: 8/11/16/20/27/29/36 g. Dla roz 1 i 2 złącze 15 mm męskie oraz dla roz 3-7 złącze 22 mm żeńskie, rozmiary kodowane kolorem pierścienia oraz numerycznie i opisowo na korpusie maski, produkt mikrobiologicznie czysty, bez DEHP i lateksu.
Odp.Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 54 – dotyczy Zadania 12 poz. 4
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie układu oddechowego jednorurowego, dwuświatłowego, z pionową membraną zapewniającą wymianę termiczną, o śr. 22 mm i dł. 1,8 m, z kolankiem z portem kapno, do respiratora, wydajność ogrzania powietrza wdychanego 6,2 stopni C przy przepływie 4 l/min., opór wdechowy 0,14 cm H2O i wydechowy 0,16 cm H2O przy przepływie 10 l/min, waga układu 170 g. Rura wydechowa do podłączenia do respiratora 40 cm. Jednorazowy, mikrobiologicznie czysty, bez DEHP, opakowanie foliowe.
Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 55 – dotyczy Zadania 12 poz. 5
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie układu oddechowego jednorurowego, dwuświatłowego, z pionową membraną zapewniającą wymianę termiczną, o śr. 22 mm i długości 1,9 m, z kolankiem z portem kapno, do aparatu do znieczulenia z dodatkową rozciągliwą rurą 1,9 m z 2L workiem bezlateksowym, wydajność ogrzania powietrza wdychanego 6,2 stopni C przy przepływie 4 l/min., opór wdechowy max 0,14 cm H_2O i wydechowy max 0,16 cm H_2O przy przepływie 10 l/min, waga układu 170 g bez akcesoriów. Rura wydechowa do podłączenia do aparatu 40 cm. Jednorazowy, mikrobiologicznie czysty, bez DEHP, opakowanie foliowe.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 56 – dotyczy Zadania 12 poz. 6
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie żelu do cewnikowania o pojemności 8,5g lub 12,5g, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.
Odp. 12,5 g miesci się w parametrach wymaganych.

Pytanie nr 57 – dotyczy Zadania 12 poz. 6
Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy Zamawiający oczekuje żelu sterylizowanego metodą parową, tak jak obecnie stosowany przez Zamawiającego?
Odp. Zamawiający oczekuje żelu sterylizowanego metodą parową, pozostałe parametry bez zmian.

Pytanie nr 58 – dotyczy Zadania 12 poz. 6
Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy Zamawiający oczekuje żelu w opakowaniu harmonijkowym, tak jak obecnie stosowane przez Zamawiającego?
Odp.Zamawiający oczekuje żelu w opakowaniu harmonijkowym, pozostałe parametry bez zmian.

Pytanie nr 59 – dotyczy SIWZ
Czy w związku z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13.03.2015 w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej (Dz. U. z 2015, poz. 381), pkt 5.5 ppkt 2, który nakłada na dostawców obowiązek odpowiedniego przechowywania oraz transportu wyrobów medycznych, produktów leczniczych, Zamawiający będzie wymagał aby dostawy do siedziby Zamawiającego odbywały się odpowiednimi środkami transportu czyli pojazdami typu „izoterma", które umożliwiają dopasowanie temperatury i wilgotności do wymogów przewożonego asortymentu, ustalonych przez producenta? W załączeniu przykładowe wytyczne producentów jak i dystrybutorów, odnośnie odpowiedniego transportu oraz przechowywania sprzętu medycznego.
Odp. Zamawiający wymaga transportu zgodnego z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13.03.2019 rw sparawie Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej

Pytanie nr 60 – dotyczy Zadania 12 poz. 6
Czy Zamawiający oczekuje, aby dostawca zamówionego towaru (jego pracownik) pomagał przy rozładunku towaru w miejscu wskazanym przez Zamawiającego oraz był obecny podczas sprawdzenia zgodności towaru z zamówieniem?
Odp. Zamawiający wymaga aby dostawca pomagał przy rozładowywaniu towaru.

Pytanie nr 61 – dotyczy SIWZ
Czy Zamawiający oczekuje przedstawienia wykazu odpowiednio przystosowanych środków transportu, czyli pojazdów wyposażonych w zabudowy typu „izoterma" do realizacji zamówienia na dostawę wyrobów medycznych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 27.07.2016 r poz. 1126 w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy?
Odp. Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Pytanie nr 62 – dotyczy zadania 3 poz. 6
Czy Zamawiający dopuści opaski identyfikacyjne dla niemowląt i dzieci, niesterylne różowe i niebieskie op. 100szt.?
Odp. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 63 – dotyczy Zadania 3 poz. 8
Czy Zamawiający dopuści wycenę kieliszków za op. 80 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości?
Odp. Zamawiający dopuszcza z odpowiednim przeliczeniem.

Pytanie nr 64 – dotyczy Zadania 3 poz. 12
Proszę o szczegółowe określenie parametrów pęsety laryngologicznej.
Odp. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 65 – dotyczy Zadania 3 poz. 13
Czy Zamawiający dopuści pojemnik o pojemości 0,25l z zachowaniem pozostałych parametrów?
Odp.Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 66 – dotyczy Zadania 3 poz. 15
Czy Zamawiający dopuści pojemnik o pojemości 2l z zachowaniem pozostałych parametrów?
Odp. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 67 – dotyczy Zadania 3 poz. 17
Czy Zamawiający dopuści pojemnik o pojemności 2l z zachowaniem pozostałych parametrów?
Odp. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 68 – dotyczy Zadania 5 poz. 17
Czy Zamawiający dopuści pojemnik o pojemności 2l z zachowaniem pozostałych parametrów?
Odp. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 69 – dotyczy Zadania 3 poz. 5
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie zaciskaczy mikrobiologicznie czystych, pakowanych w opakowanie folia-papier?
Odp. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 70 – dotyczy Zadania 5 poz. 25
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania worki do dobowej zbiórki moczu w systemie zamkniętym, tygodniowym, bezlateksowe, wykonane z medycznego PCV o poj. 2000ml, dokładna skala pomiarowa co 25ml do 100ml i co 100ml od 100ml do 2000ml, zastawka antyrefluksyjna samouszczelniający się bezigłowy port do pobierania próbek, szczelny zawór spustowy szybkiego opróżniania typu poprzecznego(T), obsługiwana jedną ręką dren o długości 100cm z zaciskiem przesuwnym, odporny na skręcanie i załamywanie, wzmocnione otwory na wieszak, dren zakończony uniwersalnym łącznikiem schodkowym. sterylny?
Odp. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 71 – dotyczy Zadania 5 poz. 6
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania w tej pozycji cewnik foley'a z balonem o objętości 1,5ml?
Odp. Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 72 – dotyczy Zadania 6 poz. 2
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania w tej pozycji zgłębniki żołądkowe w rozmiarze 24, 26, 28 bez zatyczki lub z zatyczką pakowaną osobno?
Odp. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 73 – dotyczy Zadania 6 poz. 3
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania w tej pozycji zgłębniki żołądkowe w rozmiarze 30, 32, 34, 36 bez zatyczki lub z zatyczką pakowaną osobno?
Odp. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 74 – dotyczy Zadania 6 poz. 4
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania w tej pozycji dren T-Kehr silikonowany sterylny CH8 – CH16 długość ramion 16cm, długość drenu 38cm?
Odp. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 75 – dotyczy Zadania 6 poz. 6
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania w tej pozycji dren końcówkę do drenu do ssaka o długości ok. 25cm?
Odp. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 76 – dotyczy Zadania 6 poz. 6
Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie jakiego typu ma być końcówka (Yankauer czy standardowa, z kontrolą odsysania czy bez kontroli)?
Odp. Końcówka ma być standardoaw, z kontrolą odsysania.

Pytanie nr 77 – dotyczy Zadania 13 poz. 1
Czy Zamawiający dopuści torbę na wymiociny j.u., z mlecznego półprzezroczystego tworzywa, pojemność 1500ml, wygodny plastikowy uchwyt zapewniający jednocześnie higieniczne i proste zamknięcie po napełnieniu?
Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 78 – dotyczy Zadania 5 poz. 1-4
Czy Zamawiający dopuści cewnik foleya sterylizowany radiacyjnie opakowanie folia-folia?

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 79 – dotyczy Zadania 5 poz. 9-12
Czy Zamawiający dopuści cewnik w opakowaniu folia – papier?
Odp. Zgodnie z SIWZ.

Dyrektor
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu
Urszula Kapusta-Tymoshchuk