

Pytania i wyjaśnienia dotyczące treści SIWZ

Dotyczy postępowania o udzielenia zamówienia publicznego na dostawy wyrobów medycznych

Poniżej przedstawiamy Państwu pytania w sprawie wyjaśnienia zapisów w dokumentacji przetargowej, które wpłynęły do Zamawiającego od biorących udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

Bezpośrednio pod każdym pytaniem zamieszczamy odpowiedzi, które wyjaśniają poruszony problem.

Pytanie 1 - dotyczy zadania nr 2 poz. 1, 2

Czy Zamawiający, z uwagi na sformułowaną w art. 29 ust. 2 i art. 7 ust. 1 ustawy zasadę zachowania uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców, dopuści i uzna za równoważny zestaw do korekcji wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet. Zestaw zawiera:

- Taśmę do korekcji wysiłkowego nietrzymania moczu, wykonaną z polipropylenu monofilamentowego, prasowaną termicznie, porowatość min. 1000mikronów, szerokość 1,1cm, dł. 50cm. laserowo docięte krawędzie, końce taśmy zgrzewane, taśma w osłonce ochronnej.

Taśma zakończoną złączami gwarantującymi trwałe połączenie taśma - instrumenty.

- Narzędzia jednorazowe do zakładania taśmy- 2szt., wyprodukowane ze stali chirurgicznej, średnica 3mm, kształt helikalny.

Taśma zakładana przez otwory zasłonięte. Metoda od zewnątrz do wewnątrz tzw. „out – in”?

W przypadku odpowiedzi negatywnej prosimy o uzasadnienie.

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 2 - dotyczy zadania nr 2 poz. 3

Czy Zamawiający, z uwagi na sformułowaną w art. 29 ust. 2 i art. 7 ust. 1 ustawy zasadę zachowania uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców, dopuści i uzna za równoważny zestaw do chirurgicznego leczenia wypadania przedniej ściany pochwy składający się z: siatki polipropylenowej, monofilamentowej, mikroporowatej o kształcie anatomicznym z podwójnymi ramionami dystalnymi i proksymalnymi z każdego boku. Ramiona do przeprowadzenia przez otwory zasłonięte. Siatka pokryta liofilizowanym kolagenem zwiększającym integrację tkankową i zmniejszającym ryzyko erozji; sterylnej, jednorazowej, profilowanej prowadnicy z pętlą wewnątrz, do bezpiecznego i trwałego zakładania metodą

przez zasłoniętą. Technika zakładania od zewnątrz do wewnątrz tzw. "out-in". Kształt jednorazowego narzędzia dostosowany do siatki do korekcji przedniej?

W przypadku odpowiedzi negatywnej prosimy o uzasadnienie.

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 3 - dotyczy zadania nr 2 poz. 1

Taśmę do operacyjnego leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet, jednorodną, niewchłaniającą z plastikową osłonką, monofilamentową, polipropylenową, o grubości taśmy 0,33 mm, gramaturze 48 g/m², porowatości max 1870 µm, długości 45 cm, szerokości 1,1 cm, wytrzymałości na rozciąganie od 68 do 70 N/cm, brzegi zakończone bezpiecznymi pętelkami, wykonaną w technologii quadriaxial (geometria romboidalna, obecność włókien skośnych, podwójna nić wzmacniająca),

oraz

- 1 szt. igły wielorazowego użytku, ze stali chirurgicznej, do implantacji drogą przez zasłoniętą,
- 1 szt. igły wielorazowego użytku, ze stali chirurgicznej, do implantacji drogą załonową ?

W razie wyrażenia zgody, zwracamy się z uprzejmą prośbą o wydzielenie pozycji i utworzenie odrębnego zdania.

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 4 - dotyczy zadania nr 2 poz. 2

Taśmę do operacyjnego leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet, jednorodną, niewchłaniającą z plastikową osłonką, monofilamentową, polipropylenową, o grubości taśmy 0,33 mm, gramaturze 48 g/m², porowatości max 1870 µm, długości 45 cm, szerokości 1,1 cm, wytrzymałości na rozciąganie od 68 do 70 N/cm, brzegi zakończone bezpiecznymi pętelkami, wykonaną w technologii quadriaxial (geometria romboidalna, obecność włókien skośnych, podwójna nić wzmacniająca), bez kotwiczek i poliwęglanowych rurek,

oraz

- 2 szt. igieł wielorazowego użytku, ze stali chirurgicznej, spiralnych, prawa i lewa, do implantacji drogą przezzasłonową?

W razie wyrażenia zgody, zwracamy się z uprzejmą prośbą o wydzielenie pozycji i utworzenie odrębnego zdania.

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 5 - dotyczy zadania nr 2 poz. 3

Zestaw do korekcji cystocele, siatka jednorodna, niewchłaniająca o anatomicznym kształcie, trapez z czterema ramionami, pokrytymi plastikową osłonką, monofilament, polipropylen, grubość siatki 0,33 mm, grubość nici 80 µm, gramatura 48 g/m², porowatość 84 %, długość ramion: górne 16,5 cm każde, dolne 18,5 cm każde, szerokość ramion 1,1 cm, wysokość implantu 8 cm, podstawa górna 5 cm, podstawa dolna 8 cm, wytrzymałość na rozciąganie od 68 do 70 N/cm, brzegi zakończone bezpiecznymi pętelkami, bez wplecionej niebieskiej nici, wykonana w technologii quadriaxial (geometria romboidalna, obecność włókien skośnych, podwójna nić wzmacniająca),

oraz

- 2 szt. igieł wielorazowego użytku, ze stali chirurgicznej, spiralnych, prawa i lewa, do implantacji drogą przezzasłonową?

W razie wyrażenia zgody, zwracamy się z uprzejmą prośbą o wydzielenie pozycji i utworzenie odrębnego zdania.

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 6 - dotyczy zadania nr 2 poz. 1

Czy zamawiający dopuści do postępowania produkt renomowanej firmy Boston Scientific będącej liderem na rynku światowym w postaci taśmy ginekologicznej TOT dla kobiet „Obtryx”, zakładanej techniką przezzasłonową metodą „out side – in side”? Pozostałe parametry taśmy:

- Gramatura siatki w zakresie 100-105g/m²
- Porowatość siatki w zakresie 1180-1200 µm
- Grubość siatki w zakresie 0,60 – 0,66 mm
- Materiał taśmy: 100% z polipropylen, monofilament
- siatka w osłonie plastikowej, długość siatki 44 cm, szerokość 1,1 cm
- Krawędzie taśmy w części podcewkowej zgrzewane na gorąco, zapobiegające strzępieniu, wygładzone,
- Plastikowa, ergonomiczna wypustka środkująca zapewniająca równy rozkład siatki po obu stronach cewki moczowej oraz pomagająca w jej prawidłowym naprężeniu, łatwa do usunięcia
- dwa systemy igieł jednorazowych do aplikacji (do wyboru przez zamawiającego), w tym jeden charakteryzujący się zarówno dwupłaszczyznowym wygięciem igieł jak i podziałem lewa/prawa

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 7 - dotyczy zadania nr 2 poz. 2

Czy zamawiający dopuści do postępowania produkt renomowanej firmy Boston Scientific będącej liderem na rynku światowym w postaci taśmy ginekologicznej TOT dla kobiet

„Obtryx”, zakładanej techniką przezszalowaną metodą „out side – in side”? Pozostałe parametry taśmy:

- Gramatura siatki w zakresie 100-105g/m²
- Porowatość siatki w zakresie 1180-1200 µm
- Grubość siatki w zakresie 0,60 – 0,66 mm
- Materiał taśmy: 100% z polipropylen, monofilament
- siatka w osłonie plastikowej , długość siatki 44 cm, szerokość 1,1 cm
- Krawędzie taśmy w części podcewkowej zgrzewane na gorąco, zapobiegające strzępieniu, wygładzone,
- Plastikowa, ergonomiczna wypustka środkująca zapewniająca równy rozkład siatki po obu stronach cewki moczowej oraz pomagająca w jej prawidłowym naprężeniu, łatwa do usunięcia
- dwa systemy igieł jednorazowych do aplikacji (do wyboru przez zamawiającego), w tym jeden charakteryzujący się zarówno dwupłaszczyznowym wygięciem igieł jak i podziałem lewa/praw

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 8 - dotyczy zadania nr 2 poz. 3

Czy zamawiający dopuści do postępowania produkt marki Boston Scientific będącej liderem na rynku światowym w postaci siatki Uphold LITE stosowanej w uszkodzeniach poziomu I i II wg DeLancey. Wraz z siatką dostarczane jest atraumatyczne, ergonomiczne, najlżejsze na rynku, urządzenie do mocowania szwów Capio (szerokość główki do mocowania 6,3 mm, średnica trzonu 3,0 mm, średnica nośnika 1,2 mm, waga urządzenia 38,2g). Siatka posiada 2 ramiona osłonięte rękawami w celu łatwiejszego montażu oraz zakończona jest atraumatycznymi rozszerzaczami. Wielkość porów 2,8 mm², waga siatki (g /m²) 25, średnica włókna 100 mikronów, długość włókna (cm/cm²) 35,4 , odkształcalność siatki 0,53 N, grubość 200 micronów, długość siatki 5,1 cm, długość ramion 5 cm, całkowita powierzchnia z ramionami wynosi 34.

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Dyrektor
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu

Jacek Kaniewski