

Zespół Opieki Zdrowotnej w Łowiczu
ul. Ułańska 28
99-400 Łowicz

ZOZ.VI.ZP.241- 5/2020

Łowicz, dn.22.04.2020r.

Pytania i wyjaśnienia dotyczące treści SIWZ

dotyczy: postępowania o udzielenia zamówienia publicznego na dzierżawę analizatora i dostawy odczynników laboratoryjnych.

Poniżej przedstawiamy Państwu pytania w sprawie wyjaśnienia zapisów w dokumentacji przetargowej, które wpłynęły do Zamawiającego od biorących udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

Bezpośrednio pod każdym pytaniem zamieszczamy odpowiedzi, które wyjaśniają poruszony problem.

Pytanie 1 - dotyczy zadania 5

Czy można zaoferować inne karty niż 6 kolumnowe spełniające wymagania SIWZ.

Odp. Zamawiający posiada na własność system DIAMED, tj. wirówkę ID-Centrifuge 6S oraz inkubator ID-Incubator 37SI, w związku z powyższym podtrzymuje zapisy SIWZ.

Dyrektor
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu
Urszula Kapusta-Tymoshchuk