

Zespół Opieki Zdrowotnej w Łowiczu
ul. Ułańska 28
99-400 Łowicz

ZOZ.VI.ZP.241- 9/2020

Łowicz, dnia 3 lipca 2020r.

Pytania i wyjaśnienia dotyczące treści SIWZ

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawy produktów leczniczych i substancji farmaceutycznych

Poniżej przedstawiamy Państwu pytania w sprawie wyjaśnienia zapisów w dokumentacji przetargowej, które wpłynęły do Zamawiającego od biorących udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawy produktów leczniczych i substancji farmaceutycznych.

Bezpośrednio pod każdym pytaniem zamieszczamy odpowiedzi, które wyjaśniają poruszony problem.

Pytanie nr 1 - dotyczy zadania nr 6 poz. 1

Niniejszym, zwracamy się do Państwa z wnioskiem o wyjaśnienie i doprecyzowanie treści SIWZ - w zadaniu 6, załącznik nr 4 do SIWZ zestawienie asortymentowo – ilościowo - cenowe, tabela pozycja nr 1 Nitrogenium oxydatum gaz podtlenek azotu 7 kg – prosimy o podanie informacji czy:

- cena ma uwzględniać dzierżawę butli,
- czy posiadacie Państwo swoje butle do podtlenku azotu i w jakiej ilości,
- na ile jednorazowo sztuk butli będą składane zamówienia,
- ile transportów butli przewidujecie Państwo w czasie trwania umowy.

Odp. Cena ma uwzględniać dzierżawę butli, nie mamy swoich butli, jednorazowo zamawiamy do 8 butli, w czasie trwania umowy przewidujemy ok. 10 transportów.

Pytanie nr 2

Czy Zamawiający ze względu na obecną sytuację związaną z Covid - 19, dopuszcza możliwość złożenia oferty w formie elektronicznej na adres mailowy, podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym ?

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 3 - dotyczy zadania nr 25 poz. 14

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykreślenie poz. 14 (Tranexamid acid 500mg tab) z zadania nr 25?

Odp. Zamawiający wykreśla poz. 14 z zadania nr 25, tym samym zmienia stanowisko zawarte w odpowiedzi na pytanie nr 10 w pytaniach i wyjaśnieniach z dnia 02.07.2020r.

Pytanie nr 4 - dotyczy zadania nr 2 poz. 47-50

Zamawiający określa system do pomiaru stężenia glukozy we krwi podając nazwy własne pasków testowych będących zastrzeżonym znakiem towarowym konkretnego producenta, co znacząco ogranicza konkurencję asortymentowo-cenową, tym samym narażając szpital na wysoką cenę. Jeżeli Zamawiający dopuści inne systemy dostępne na rynku, miałyby możliwość obniżenia kosztów w budżecie (redukcja kosztów nawet do 40 %) przeznaczonym na zakup systemów pomiaru glukozy. W związku z tym pytamy, czy Zamawiający, postępując zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych (art. 7 i 29 Pzp) dopuszcza konkurencyjne paski testowe (wraz z przekazaniem kompatybilnych

z nimi glukometrów) charakteryzujące się opisanymi poniżej cechami: a) Funkcja Auto-coding; b) Automatyczne wykrywanie zbyt małej ilości krwi wprowadzonej do paska wraz z wyświetleniem odpowiedniego komunikatu informującego o niecałkowitym wypełnieniu paska na wyświetlaczu glukometru; c) Enzym oksydaza glukozy; d) zakres wyników pomiaru w jednostkach 20-600mg/dl; e) Czas pomiaru od chwili wprowadzenia próbki 5s i wielkość próbki 0,5 mikrolitra; f) zakres hematokrytu 10-70%, umożliwiające wykonywanie pomiarów we krwi włosniczkowej osób dorosłych i noworodków; g) bezdotykowy wyrzut zużytego paska po pomiarze za pomocą przycisku; h) stabilność pasków testowych i płynów kontrolnych wynosząca 6 miesięcy po otwarciu fiolki; i) temperatura działania pasków testowych w zakresie 5-45°C, przechowywanie do 30°C; j) paski posiadające wszelkie dopuszczenia i certyfikaty aktualnie wymagane zgodnie z polskim prawem? Prosimy o określenie konkretnych kryteriów równoważności.

Odp. Zamawiający dopuszcza pod warunkiem dostarczenia kompatybilnych glukometrów oraz płynów kontrolnych i przeszkolenia personelu.

Pytanie nr 4 - dotyczy zadania nr 2 poz. 47-50

Czy Zamawiający dopuszcza złożenie oferty w postaci wysokiej jakości pasków testowych do glukometrów (wraz z przekazaniem kompatybilnych glukometrów), charakteryzujących się opisanymi poniżej parametrami: a) Funkcja Auto-coding eliminująca konieczność kodowania; b) Automatyczne wykrywanie zbyt małej ilości krwi wprowadzonej do paska wraz z wyświetleniem odpowiedniego komunikatu informującego o niecałkowitym wypełnieniu paska na wyświetlaczu glukometru; c) Enzym dehydrogenaza glukozy GDH-FAD; d) Kapilara samozasysająca krew; e-f) Wyrzut zużytego paska za pomocą przycisku, dobrze oznaczone kontrastowym wskaźnikiem miejsce zasysania krwi w przedniej części paska nieco poniżej szczytowej; g) Możliwość wykorzystania jednostkowego opakowania pasków testowych w ciągu 8 miesięcy; h) Czas pomiaru od chwili wprowadzenia próbki 5s i wielkość próbki 0,5 mikrolitra, zakres pomiaru 20-600mg/dl, zakres hematokrytu 20-60% przy dokładności wyników zgodnej z wytycznymi aktualnej normy ISO 15197:2015; i) zalecana temperatura przechowywania pasków w zakresie 1-32°j) paski posiadające wszelkie dopuszczenia i certyfikaty aktualnie wymagane zgodnie z polskim prawem? Prosimy o określenie konkretnych kryteriów równoważności.

Odp. Zamawiający dopuszcza pod warunkiem dostarczenia kompatybilnych glukometrów oraz płynów kontrolnych i przeszkolenia personelu.

Pytanie nr 5 - dotyczy zadania nr 2 poz. 47-50

Czy Zamawiający dopuszcza równoważne paski testowe do glukometru (wraz z przekazaniem kompatybilnych glukometrów), charakteryzujące się następującymi parametrami: a) zakres wyników pomiaru 20-600 mg/dl i zakres hematokrytu 20-60%, umożliwiające wykonywanie pomiarów we krwi kapilarnej i żyłnej przy dokładności zgodnej z wytycznymi aktualnej normy ISO 15197:2015; b) wyrzut zużytego paska za pomocą przycisku; c) paski nie wymagające kodowania; d) Enzym dehydrogenaza glukozy GDH-FAD; e) przydatność pasków testowych do użycia po otwarciu pojedynczej fiolki wynosząca 6 miesięcy; f) wielkość próbki 0,5 mikrolitra, czas pomiaru 5s; g) temperatura przechowywania w szerokim zakresie 2-32 st. Celsjusza; h) paski posiadające wszelkie dopuszczenia i certyfikaty aktualnie wymagane zgodnie z polskim prawem? Prosimy o określenie konkretnych kryteriów równoważności.

Odp. Zamawiający dopuszcza pod warunkiem dostarczenia kompatybilnych glukometrów oraz płynów kontrolnych i przeszkolenia personelu.

Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu
Andrzej Grabowski, MBA
lekarz specjalista pediatra,
neonatolog i otolaryngolog