

Zespół Opieki Zdrowotnej w Łowiczu
ul. Ułańska 28
99-400 Łowicz

Łowicz 12.08.2020 rok

Znak sprawy: ZOZ.VI.A.222/46/2020.

Dot: Pytania i wyjaśnienia dotyczące treści zapytania ofertowego na dostawę nieinwazyjnego miernika żółtaczki noworodkowej dla noworodków i wcześniaków.

Pytanie nr 1

W nawiązaniu do zapytania ofertowego zwracamy się z prośbą o dopuszczenie bilirubinometru renomowanej izraelskiego producenta, o parametrach zbliżonych do wymagań Zamawiającego. Parametry oferowanego bilirubinometru przedstawiamy w poniższej tabeli:

1.	Pojemność akumulatora pozwalająca na wykonanie przynajmniej 100 pojedynczych pomiarów po pełnym naładowaniu.
2.	Średni błąd pomiarowy maks. $\pm 1,5$ mg/dL lub ± 26 μ mol/L przez 66% czasu lub 1 odchylenie standardowe dla pacjentów całym zakresie powyżej 24 tygodnia wieku ciążowego.
3.	Średni błąd pomiarowy maks. $\pm 1,5$ mg/dL lub ± 26 μ mol/L przez 66% czasu lub 1 odchylenie standardowe dla pacjentów całym zakresie powyżej 24 tygodnia wieku ciążowego.
4.	Zakres pomiarowy min. 0,0 do 20,0 mg/dL (0 do 340 μ mol/L)
5.	Masa z akumulatorem 160g.
6.	Urządzenie wyposażone w stację dokującą.
7.	Urządzenie wyposażone w port komunikacji usB
8.	Urządzenie wyposażone w lampę LED zapewniającą min. 200 000 pomiarów
9.	Urządzenie wyposażone w ekran dotykowy.
10.	Urządzenie wyposażone w skaner kodów kreskowych – na potrzeby rejestracji pomiarów pacjentów w historii urządzenia.
11.	Pamięć min. 100 pomiarów
12.	Zasilacz 220V.
13.	Możliwość transmisji danych przez złącze USB protokół HL-7 bez CSV.
14.	Niezbędne akcesoria do wykonania min. 100 pomiarów łącznie z kalibracją lub testowaniem prawidłowości kalibracji.
15.	Instrukcja obsługi w języku polskim 1 egz. (przy dostawie)
16.	Bez filmu instruktażowego w języku polskim na płycie CD (przy dostawie).

17.	Oprogramowanie do automatycznego zapisu pomiarów w komputerze PC.
18.	Szkolenie użytkowników.
19.	Gwarancja 24 miesiące.

Odpowiedź . Nie

Dyrektor
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu
Urszula Kaspusta Tymoshchuk