

**Pytania i wyjaśnienia dotyczące treści zapytania ofertowego
na dostawę środków ochrony indywidualnej**

Poniżej przedstawiamy Państwu pytania w sprawie wyjaśnienia zapisów w zapytaniu ofertowym, które wpłynęły do Zamawiającego od potencjalnych Wykonawców.

Bezpośrednio pod każdym pytaniem zamieszczamy odpowiedzi, które wyjaśniają poruszony problem.

Pytanie 1 - dotyczy zadania nr 1

Zamawiający w Zadaniu nr 1 złożył zamówienie na Fartuchy chirurgiczne wielokrotnego użytku. Zamawiający wymaga aby fartuchy były wykonane w całości z tkanin poliestrowych o gramaturze od 135 do 145 g/m². Fartuchy wykonane w całości z tkanin poliestrowych o tak wysokiej gramaturze są niekomfortowe, ponieważ tkaniny poliestrowe nie przepuszczają powietrza. Znacznie lepszym rozwiązaniem są fartuchy wykonane w polu niekrytycznym z tkaniny bawełniano-poliestrowej. Na zwiększenie komfortu pracy znacząco również wpływa zastosowanie tkanin o niewysokich gramaturach.

Czy Zamawiający, mając na uwadze komfort użytkownika, wymaga w Zadaniu nr 1 fartuchów chirurgicznych o konstrukcji jak poniżej:

- w polu krytycznym z poliestrowej tkaniny z nitką węglową o maksymalnej gramaturze 120 g/m²,

- w polu niekrytycznym z nieprzemakalnej tkaniny bawełniano-poliestrowej o minimalnej zawartości bawełny 60%, o maksymalnej gramaturze 125 g/m²? Pozostałe parametry zgodnie z wymaganiami Zamawiającego.

Zastosowanie tkaniny, która w składzie ma bawełnę zwiększa komfort termofizjologiczny użytkownika, zapewnia wysoki poziom absorpcji i uwalniania wilgoci oraz bardzo wysoki poziom przepuszczalności powietrza, przy jednoczesnym zapewnieniu bardzo dużego bezpieczeństwa.

Odp. Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

Pytanie 2 - dotyczy zadania nr 1

Czy Zamawiający dopuści fartuchy wiązane na troki, bez napów?

Odp. Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

Pytanie 3 - dotyczy zadania nr 1

Czy Zamawiający dopuści temperaturę prania fartuchów do 70°C?

Fartuchy barierowe nie wymagają wysokiej temperatury prania, a zbyt wysoki jej poziom wpływa na osłabienie właściwości tkanin.

Odp. Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

Pytanie 4 - dotyczy zadania nr 1

Zamawiający wymaga aby termin dostaw wynosił 3 dni robocze od daty otrzymania zamówienia. W przypadku wyrobów wielorazowego użytku termin ten jest mało realny na przygotowanie asortymentu wysokiej jakości.

Panujący obecnie stan epidemiczny w Polsce i na Świecie sprawia, że wielu producentów bielizny zmaga się z opóźnieniami w dostawach surowców, a co za tym idzie z brakami

zapasów magazynowych. Mamy również obecnie tak zwaną drugą falę epidemii, co może powodować dodatkowe, nieznane na dzień składania ofert, utrudnienia związane z dostępem do tkanin.

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wydłużenie w Zadaniu nr 1 terminu wykonania zamówienia na co najmniej 14 dni roboczych.

Odp. Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

Pytanie 5 - dotyczy zadania nr 2

Czy Zamawiający dopuści maski chirurgiczne z mocowaniem na gumki?

Odp. Zamawiający dopuści maski chirurgiczne z mocowaniem na gumki.

Dyrektor
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu
Urszula Kapusta-Tymoshchuk