

Pytania i wyjaśnienia dotyczące treści SWZ

dotyczy: postępowania o udzielenia zamówienia publicznego na dzierżawę analizatorów i dostawy odczynników laboratoryjnych.

Poniżej przedstawiamy Państwu pytania w sprawie wyjaśnienia zapisów w dokumentacji przetargowej, które wpłynęły do Zamawiającego od biorących udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

Bezpośrednio pod każdym pytaniem zamieszczamy odpowiedzi, które wyjaśniają poruszony problem.

Pytanie 1 - dotyczy zadania 9 poz. 17

Uprzejmie prosimy o wydzielenie pozycji 17 z pakietu 9 oraz utworzenie odrębnego zadania. Wydzielenie wymienionej pozycji zwiększy konkurencyjność asortymentowo-cenową w przedmiotowym postępowaniu, co przełoży się na uzyskanie przez Zamawiającego bardziej korzystnych cen ofert. Pozostawienie wyżej wymienionej pozycji w dotychczasowym pakiecie silnie ogranicza konkurencję wyłącznie do podmiotów posiadających pełen asortyment zawarty w pakiecie. Obecne pakietowanie wyrobów medycznych faworyzuje konkretnych dostawców, ograniczając znacznej większości dystrybutorów możliwość złożenia ofert, co narusza dyscyplinę finansów publicznych zgodnie z przepisami zawartymi w art. 17. ust. 1 pkt. 1) i 5b) Ustawy z dnia 17 grudnia 2004r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (wraz z późn. zm.).

Odp. Zgodnie z SWZ.

Pytanie 2 – dotyczy zadania 12, poz. 9, 10, 14, 38 - BAKTERIOLOGIA

Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycji nr 9, 10, 14, 38 podłoży na płytkach konfekcjonowanych po 10 sztuk w opakowaniu z opcją przeliczenia na liczbę podłoży wymaganą przez Zamawiającego?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 3 – dotyczy zadania 12, poz. 12 - BAKTERIOLOGIA

Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycji nr 12 testów lateksowych konfekcjonowanych po 60 oznaczeń w opakowaniu?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę, po przeliczeniu wg potrzeb Zamawiającego zaokrąglając do pełnych opakowań w górę.

Pytanie 4 – dotyczy zadania 12, poz. 40 - BAKTERIOLOGIA

Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycji nr 40 podłoży w probówkach konfekcjonowanych po 50 sztuk w opakowaniu z opcją przeliczenia na liczbę podłoży wymaganą przez Zamawiającego?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 5 – dotyczy zadania 10, poz. 16 i 19

Zważywszy na fakt, iż producent zmienił wielkość opakowania igieł motylkowych ze 100 sztuk na 120 sztuk, zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o ponowne oszacowanie wymaganej ilości.

Uwzględnienie minimalnej ilości 120 szt. zapobiegnie nieporozumieniom podczas ewentualnej realizacji umowy.

Odp. Zgodnie z SWZ.

Pytanie 6 – dotyczy zadania 10, poz. 16 i 19, parametry oceniane, SWZ rozdz. XXI pkt 1

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o modyfikację zakresu kryterium - termin dostawy, gdzie minimalny termin wynosi 2 dni a maksymalny 4 dni z odpowiednim przyznaniem punktacji. Oczekiwanie realizacji zamówienia w ciągu 1 dnia, nie uwzględnia odległości kilometrowej z odległych miast i tym samym wpływa negatywnie na równe traktowanie oferentów, preferując wykonawców z bliskiej okolicy. Dodatkowo, procedury logistyczne w firmach przewozowych, narzucają minimalny czas realizacji zamówienia, który może wynieść nawet 3 dni robocze, od chwili złożenia zamówienia.

Kolejnym argumentem niech będzie fakt, iż dostarczany asortyment nie posiada bardzo krótkiego terminu ważności, przez co Zamawiający jest w stanie wcześniej określić wielkość zapotrzebowania i może wcześniej złożyć zamówienie, dzięki czemu Wykonawca będzie mógł terminowo zrealizować dostawę.

Dlatego zwracamy się z prośbą do Zmawiającego o zmianę zapisu w SWZ – kryterium dostawy.
Odp. Zgodnie z SWZ.

Pytanie 7 – dotyczy zapisów umowy § 1 ust. 5

Prosimy o modyfikację § 1 ust. 5 i dopisanie: „Dostawa (.....) na koszt Wykonawcy przy czym wartość zamówienia jednostkowego nie powinna być mniejsza niż 150,00 zł netto.”

Prośbę motywujemy tym, że dla zamówień poniżej 150,00 zł koszty transportu na które składają się m.in. koszty opakowania transportowego, robocizny, koszty wydrukowania listów przewozowych, koszty dostarczenia towaru do przewoźnika są wyższe niż wartość marży uzyskanej ze sprzedaży towaru o takiej wartości.

Odp. Zamawiający wyraża zgodę na proponowaną modyfikację, w związku z powyższym

§ 1 ust. 5 projektu umowy przyjmuje brzmienie:

"Dostawa towaru do siedziby Zamawiającego nastąpi na koszt i ryzyko Wykonawcy, przy czym wartość zamówienia jednostkowego nie powinna być mniejsza niż 150,00 zł netto"

Pytanie 8 – dotyczy zapisów umowy § 3 ust. 5, 7, 8

Zwracamy się z prośbą o modyfikację zapisów § 3 ust. 5, 7, 8 w taki sposób, aby wysokość kary umownej naliczana była od wartości netto a nie brutto. VAT jest należnością publicznoprawną, którą wykonawca jest zobowiązany odprowadzić do urzędu skarbowego. Ponadto sama kwota podatku VAT wliczona do ceny oferty nie ma wpływu na korzyści ekonomiczne osiągane przez wykonawcę z tytułu wykonania zamówienia.

Odp. Zgodnie z SWZ.

Pytanie 9 – dotyczy zapisów umowy § 2 ust. 2

Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na: „Sprzęt będzie zainstalowany w Laboratorium, Łowicz, ul. Ułańska 28 w terminie do 20 dni licząc od daty zawarcia niniejszej umowy.”?

Uzasadnienie: Ze względu na przedłużającą się pandemię i utrudnienia w transporcie na terenie Europy związane z restrykcjami termin 10 dni może być trudny do osiągnięcia. Jeżeli nie, to czy Zamawiający zgodzi się na dostarczenie aparatu backup nie starszego niż 2014 rok w terminie 10 dni, natomiast dostarczenie aparatu głównego w ciągu 21 dni - dotyczy zadania nr 7

Odp. Zamawiający wyraża zgodę na proponowaną modyfikację.

§ 2 ust. 2 projektu umowy przyjmuje brzmienie:

"Sprzęt będzie zainstalowany w Laboratorium, Łowicz, ul. Ułańska 28 w terminie do 14 dni licząc od daty zawarcia niniejszej umowy."

Pytanie 10 – dotyczy zapisów umowy § 2 ust. 2

W przypadku braku zgody na powyższe pytanie, czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na: „Sprzęt będzie zainstalowany w Laboratorium, Łowicz, ul. Ułańska 28 w terminie do 14 dni roboczych licząc od daty zawarcia niniejszej umowy.”?

Odp. Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 9.

Pytanie 11 – dotyczy zapisów umowy § 2 ust. 18

Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na: „W przypadku awarii sprzętu trwającej dłużej niż 5 dni roboczych, Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć urządzenie zastępcze spełniające wymogi określone dla zamawianego sprzętu.”?

Odp. Zgodnie z SWZ.

Pytanie 12 – dotyczy zapisów umowy § 3 ust. 3

Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na: „Wykonawca zobowiązuje się do elastycznego reagowania na potrzeby Zamawiającego i realizowania zamówień poprzez dostarczanie przedmiotu zamówienia w okresie dni roboczych /ilość dni zgodnie ze złożoną ofertą przetargową - dot. zadań nr 5, 6, 7, 9, 10, 12 / od chwili złożenia zamówienia, w pozostałych zadaniach termin dostawy 5 dni robocze od chwili złożenia zamówienia.”?

Odp. Zgodnie z SWZ.

Pytanie 13 – dotyczy zapisów umowy § 3 ust. 3

W przypadku braku zgody na powyższe pytanie, czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na: „Wykonawca zobowiązuje się do elastycznego reagowania na potrzeby Zamawiającego i realizowania zamówień poprzez dostarczanie przedmiotu zamówienia w okresie dni roboczych /ilość dni zgodnie ze złożoną ofertą przetargową - dot. zadań nr 5, 6, 7, 9, 10, 12 / od chwili złożenia zamówienia, w pozostałych zadaniach termin dostawy 4 dni robocze od chwili złożenia zamówienia.”?

Odp. Zgodnie z SWZ.

Pytanie 14 – dotyczy zapisów umowy § 3 ust. 4

Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na: „Wykonawca odpowiada za jakość, tożsamość i termin ważności dostarczonych odczynników laboratoryjnych. W przypadku stwierdzenia braków ilościowych i jakościowych dostarczonych towarów Zamawiający powiadomi niezwłocznie o fakcie ich istnienia Wykonawcę, który w terminie 5 dni roboczych od daty uznania reklamacji dostarczy towar wolny od wad i zgodny, co do ilości.”?

Odp. Zgodnie z SWZ.

Pytanie 15 – dotyczy zapisów umowy § 3 ust. 4

W przypadku braku zgody na powyższe pytanie, czy Zamawiający wyraża zgodę modyfikację postanowienia umownego na: „Wykonawca odpowiada za jakość, tożsamość i termin ważności dostarczonych odczynników laboratoryjnych. W przypadku stwierdzenia braków ilościowych i jakościowych dostarczonych towarów Zamawiający powiadomi niezwłocznie o fakcie ich istnienia Wykonawcę, który w terminie 4 dni roboczych od daty uznania reklamacji dostarczy towar wolny od wad i zgodny, co do ilości.”?

Odp. Zgodnie z SWZ.

Pytanie 16 – dotyczy zapisów umowy § 3 ust. 5

Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na: „W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu zamówienia poprzez opóźnienie terminu dostawy, o którym mowa w ust. 3 lub opóźnienia uzupełnienia dostawy, o którym mowa w ust. 4, jeśli nastąpiły one z przyczyn zawinionych leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 2% wartości opóźnionej dostawy lub uzupełnienia dostawy za każdy dzień roboczy zwłoki.”?

Odp. Zgodnie z SWZ.

Pytanie 17 – dotyczy zapisów umowy § 3 ust. 5

Jeżeli Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą modyfikację czy wyrazi zgodę na obniżenie wysokości kary umownej do 3%?

Odp. Zgodnie z SWZ.

Pytanie 18 – dotyczy zapisów umowy § 3 ust. 6

Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na: „W przypadku braku realizacji zamówienia w terminie określonym w § 3 ust. 3, Zamawiający po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy ma prawo dokonać zakupu przedmiotu zamówienia we własnym zakresie u innego dostawcy. W takim przypadku Zamawiający ma prawo obciążyć Wykonawcę różnicą pomiędzy ceną za określone produkty wynikające z niniejszej umowy, a ceną zapłaconą na rzecz podmiotu trzeciego u którego dokonano zakupu. Powyższe nie zmienia uprawnień Zamawiającego do naliczania kar umownych określonych w § 3 ust. 5 niniejszej umowy. Zamawiający zobowiązany będzie do udokumentowania poniesionych kosztów.”?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę na proponowaną modyfikację.

§ 3 ust. 6 po modyfikacji przyjmuje brzmienie:

„W przypadku braku realizacji zamówienia w terminie określonym w § 3 ust. 3, Zamawiający po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy ma prawo dokonać zakupu przedmiotu zamówienia we własnym zakresie u innego dostawcy. W takim przypadku Zamawiający ma prawo obciążyć Wykonawcę różnicą pomiędzy ceną za określone produkty wynikające z niniejszej umowy, a ceną zapłaconą na rzecz podmiotu trzeciego u którego dokonano zakupu. Powyższe nie zmienia uprawnień Zamawiającego do naliczania kar umownych określonych w § 3 ust. 5 niniejszej umowy. Zamawiający zobowiązany będzie do udokumentowania poniesionych kosztów.”

Pytanie 19 – dotyczy zapisów umowy § 5 ust. 2

Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na: „Podstawą do zapłaty za dostarczony towar będzie faktura VAT dostarczona wraz z towarem lub równocześnie z towarem na Platformę Elektronicznego Fakturowania na adres PEF: NIP 8341456538. W odniesieniu do Wykonawców nie mających możliwości dostarczania faktur VAT wraz z realizowanym zamówieniem, Zamawiający dopuszcza możliwość dostarczenia faktur za pośrednictwem poczty/ kuriera w terminie 3 dni roboczych liczonych od daty dostawy na adres siedziby Zamawiającego lub faktur elektronicznych (format PDF) za pośrednictwem emaila na adres:, na co Zamawiający wyraża zgodę”?

Uzasadnienie: Ze względu na wewnętrzne zmiany procedur korporacyjnych oraz przeniesienie magazynu Wykonawca nie ma możliwości dołączania faktur do paczki z realizowanym zamówieniem. Wykonawca każdorazowo dołączy do zamówienia specyfikację wysyłkową określającą w sposób szczegółowy m.in. rodzaj i ilość dostarczonego towaru, cenę, numer katalogowy/ serię i datę ważności. Ponadto Wykonawca zobowiązuje się do każdorazowego wystawienia faktury w dniu wysyłki towaru do Zamawiającego oraz do jej niezwłocznego dostarczenia (wedle wyboru

Zamawiającego) za pośrednictwem poczty na adres siedziby Zamawiającego lub w formacie PDF za pośrednictwem drogi elektronicznej na wskazany przez Zamawiającego adres email.

Odp. Zamawiający wyraża zgodę na proponowaną modyfikację:

§ 5 ust. 2 po modyfikacji przyjmuje brzmienie:

„Podstawą do zapłaty za dostarczony towar będzie faktura VAT dostarczona wraz z towarem lub równocześnie z towarem na Platformę Elektronicznego Fakturowania na adres PEF: NIP 8341456538. W odniesieniu do Wykonawców nie mających możliwości dostarczenia faktur VAT wraz z realizowanym zamówieniem, Zamawiający dopuszcza możliwość dostarczenia faktur za pośrednictwem poczty/ kuriera w terminie 3 dni roboczych liczonych od daty dostawy na adres siedziby Zamawiającego lub faktur elektronicznych (format PDF) za pośrednictwem emaila na adres: lowzoz@pro.onet.pl, na co Zamawiający wyraża zgodę”.

Pytanie 20 – dotyczy zapisów umowy § 5 ust. 4

Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na: „Faktura winna zawierać serię/numer partii i datę ważności dostarczanych wyrobów medycznych.”?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę na proponowaną modyfikację.

§ 5 ust. 4 po modyfikacji przyjmuje brzmienie:

"Faktura winna zawierać serię/numer partii i datę ważności dostarczanych wyrobów medycznych".

Pytanie 21 – dotyczy zapisów umowy § 7 ust. 3

Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na: „Zmiana wynagrodzenia, o której mowa w ust. 2 może nastąpić na wniosek Strony, która wykaze, że wskazane w ust. 2 przesłanki mają wpływ na wzrost kosztów wykonania zamówienia. Nie dotyczy to zmiany stawki podatku od towarów i usług.”?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną modyfikację.

Pytanie 22 – dotyczy zadana nr 2 poz. 18 i 57

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na odstąpienie od wymogu dostarczenia pozytywnej opinii KORLD na krążki antybiotykowe dla pozycji 18 i 57?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę na odstąpienie od wymogu dostarczenia pozytywnej opinii KORLD na krążki antybiotykowe dla pozycji 18 i 57.

Pytanie 23 – dotyczy zadana nr 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaproponowanie opakowań, które liczą 25 krążków?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 24 – dotyczy zadana nr 2 poz. 85

Czy Zamawiający wymaga pozytywnej opinii KORLD dla pozycji 85?

Odp. Zamawiający nie wymaga pozytywnej opinii KORLD dla pozycji 85.

Pytanie 25 – dotyczy zadana nr 2 poz. 88

Czy Zamawiający w parametrze ocenianym - Okres ważności do użycia zestawu z poz. 88 min 9 miesięcy od daty dostarczenia – miał na myśli pozycję nr 87 z formularza asortymentowo-cenowego? Pozycji nr 88 nie ma w formularzu.

Odp. Zamawiający w parametrze ocenianym - Okres ważności do użycia zestawu z poz. 88, min. 9 miesięcy od daty dostarczenia – miał na myśli pozycję nr 87.

Pytanie 26 – dotyczy zadana nr 12 poz. 28

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie testu na dwóch płytkach testowych?

Odp. Zgodnie z SWZ.

Pytanie 27 – dotyczy projektu umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zawarcie umowy w formie elektronicznej przy wykorzystaniu kwalifikowanego podpisu elektronicznego przez Wykonawcę?

Uzasadnienie:

W obecnej sytuacji epidemii Urząd Zamówień Publicznych zachęca zamawiających do komunikowania się z wykonawcami za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Kwalifikowany podpis elektroniczny ma skutek prawny równoważny podpisowi odręcznemu. Potwierdzenie tej zasady znajduje się w art. 78(1) kodeksu cywilnego, który zrównuje kwalifikowany podpis elektroniczny z podpisem własnoręcznym.

Odp. Zamawiający wyraża zgodę na zawarcie umowy w formie elektronicznej przy wykorzystaniu kwalifikowanego podpisu elektronicznego przez Wykonawcę.

Pytanie 28 – dotyczy § 3 projektu umowy

Zwracamy się z prośbą o modyfikację zapisów § 3 w taki sposób, aby wysokość kary umownej naliczana była od wartości netto a nie brutto.

Uzasadnienie:

VAT jest należnością publicznoprawną, którą wykonawca jest zobowiązany odprowadzić do urzędu skarbowego. Ponadto sama kwota podatku VAT wliczona do ceny oferty nie ma wpływu na korzyści ekonomiczne osiągane przez wykonawcę z tytułu wykonania zamówienia. Odp. Zgodnie z SWZ.

Pytanie 29 – dotyczy § 1 ust. 5 projektu umowy

Prosimy o modyfikację § 1 ust. 5 Umowy poprzez dopisanie: „Dostawa odczynników na koszt Wykonawcy przy czym wartość pojedynczej dostawy nie może być mniejsza niż 150,00 zł netto”

Uzasadnienie:

Prośbę motywujemy tym, że dla zamówień poniżej 150,00 zł koszty transportu, na które składają się min. koszty opakowania transportowego, robocizny, koszty wydrukowania listów przewozowych, koszty dostarczenia towaru do przewoźnika, są wyższe niż wartość marży uzyskanej ze sprzedaży towaru o takiej wartości.

Odp. Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 7, Zamawiający wyraża zgodę na proponowaną modyfikację.

Pytanie 30 – dotyczy projektu umowy

Czy Zamawiający może zagwarantować realizację przedmiotu zamówienia na poziomie nie mniejszym niż 80% ilości wyszczególnionych w ofercie?

Uzasadnienie:

Pozytywna odpowiedź na powyższe pytanie ma istotne znaczenie dla odpowiedniej kalkulacji ofertowej ceny. Zgodnie z poglądem Krajowej Izby Odwoławczej wyrażonym min. w wyroku z dnia 18 czerwca 2010 roku KIO 1087/10 art. 29 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych wynika obowiązek dokładnego określenia przez Zamawiającego ilości zamawianych produktów; zamawiający nie jest zwolniony z tego obowiązku nawet, jeżeli nie jest w stanie przewidzieć dokładnych ilości zamawianych produktów. W wyroku z dnia 7 maja 2014 roku KIO 809/14 Krajowa Izba Odwoławcza stwierdziła, że „nie można zaakceptować postanowień umowy dających zamawiającemu całkowitą, nieograniczoną pod względem ilościowym i pozostającą poza wszelką kontrolą dowolność w podejmowaniu decyzji o zmniejszeniu zakresu dostaw będących przedmiotem zamówienia”. Odp. Zamawiający wyraża zgodę na proponowaną modyfikację.

Pytanie 31 – dotyczy § 7 projektu umowy

Czy Zamawiający dopuści zmianę stawki VAT dla produktu w przypadku uzasadnionej przez producenta zmiany klasyfikacji wyrobu i możliwości zastosowania uprzywilejowanej stawki VAT, zgodnie z zapisami Ustawy o VAT?

Odp. Odp. Zgodnie z § 7 ust. 2 i 3 umowy.

Pytanie 32 – dotyczy § 7 projektu umowy

Czy Zamawiający dopuści zmianę stawki VAT w przypadku uzasadnionej przez producenta zmiany klasyfikacji wyrobu i braku możliwości dalszego stosowania uprzywilejowanej stawki VAT, zgodnie z zapisami Ustawy o VAT, z jednoczesnym podwyższeniem ceny jednostkowej brutto?

Odp. Zgodnie z § 7 ust. 2 i 3 umowy.

Pytanie 33 – dotyczy § 7 projektu umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie w projekcie umowy zapisu, że zmiany umowy mogą nastąpić również w przypadku, gdy dotyczą poprawienia błędów i oczywistych omyłek słownych, literowych, liczbowych, numeracji jednostek redakcyjnych lub uzupełnień treści nie powodujących zmiany celu i istoty umowy?

Uzasadnienie:

Zezwoli to Zamawiającemu na dokonanie aneksowania umowy bez podejrzenia naruszenia ustawy Pzp, w związku z tym, iż Zamawiający przewidział takowy wariant już na etapie uruchomienia procedury przetargowej.

Odp.

Odp. Zamawiający wyraża zgodę na proponowaną modyfikację:

W § 7 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:

„Zmiany umowy mogą nastąpić również w przypadku, gdy dotyczą poprawienia błędów i oczywistych omyłek słownych, literowych, liczbowych, numeracji jednostek redakcyjnych lub uzupełnień treści nie powodujących zmiany celu i istoty umowy”

Pytanie 34 – dotyczy § 7 projektu umowy

Czy Zamawiający dopuści aneksowanie ze względu na zamianę oferowanego produktu na produkt równoważny w przypadku zmiany produktu lub producenta sprzętu?

Odp. Zgodnie z § 7 ust. 1 umowy.

Pytanie 35 – dotyczy § 7 projektu umowy

Czy Zamawiający dopuści, po każdorazowej konsultacji z Zamawiającym w razie problemów z dostawą związaną z obecną sytuacją tj., opóźnienia w dostawach wynikające z sił wyższych – tj. zagrożenie Koronawirusem - możliwość zaoferowania zamiennika produktu w trakcie realizacji umowy, o innej nazwie, kodzie i/lub sposobie opakowania produktu oraz zbliżonych parametrach jakościowych w stosunku do produktu zaoferowanego w danej pozycji oferty w sytuacji, gdy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, jest on niedostępny u producenta, termin dostaw jest wydłużony, trwają wydłużone kontrole w zakresie dostarczanych produktów od Producentów/ Dostawców? W przypadku innego sposobu pakowania cena za opakowanie zbiorcze oferowanego zamiennika zostałaby przeliczona w ten sposób, że cena za sztukę lub oznaczenie zamiennika byłaby równa cenie za sztukę lub oznaczenie produktu znajdującego się danej pozycji umowy.

Uzasadnienie:

Wprowadzenie niniejszego zapisu pozwoli zarówno na zabezpieczenie ciągłości procesu diagnostycznego i uchroni, zarówno Zamawiającego oraz Wykonawcę przed nieoczekiwanymi oraz niezależnymi od nich skutkami wypadków losowych, do których mogą należeć: czasowa awaria linii produkcyjnej u producenta, czasowe wycofanie produktu przez producenta brak dostępności surowców, niekorzystne zmiany makroekonomiczne czy wpływ klęsk żywiołowych.

Odp. Zamawiający wyraża zgodę na proponowaną modyfikację.

W § 7 ust. 1 dodaje się lit. e w brzmieniu:

„w przypadku, gdy brak możliwości dostarczenia produktu oraz ryzyko dostarczenia produktu ze znacznym opóźnieniem, tj. przekraczającym 5 dni, będzie spowodowane okolicznościami niezależnymi od Wykonawcy, w szczególności siłą wyższą.”

Pytanie 36 – dotyczy § 7 projektu umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie we wzorze umowy następujące postanowienia:

Poza zmianami umowy dopuszczonymi w art. 144 ust. 1 Pzp dopuszcza się możliwość zmian postanowień zawartej umowy, w tym poszczególnych zamówień, gdy konieczność zmiany spowodowana jest okolicznościami poza kontrolą stron, których działając z należytą starannością strony nie mogły przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Dotyczy to w szczególności takich okoliczności jak zagrożenie epidemiologiczne, zamieszki, akty terroru, zamknięcie granic, rządowe ograniczenia międzynarodowego transportu, utrudnienia na lotniskach i granicach, tj. okoliczności o charakterze tzw. Siły wyższej. W czasie trwania siły wyższej Wykonawca odpowiada za wykonanie Umowy na zasadach ogólnych kodeksu cywilnego. Wykonawca dołoży wszelkich starań, aby pomimo istnienia siły wyższej zapewnić ciągłość dostaw wszystkich produktów na bieżąco i zgodnie ze składanymi zamówieniami oraz zobowiązuje się informować Zamawiającego niezwłocznie i na bieżąco o wszelkich trudnościach związanych z dostarczeniem zamówionych przez niego produktów.

Uzasadnienie:

Z uwagi na wyjątkowość sytuacji, jaką jest wybuch pandemii SARS-CoV-2, oraz dynamicznie zmieniające się okoliczności zewnętrzne, na które Wykonawca nie ma wpływu, w tym: Potencjalnie ograniczoną dostępność wybranych produktów związaną z nagłym i niemożliwym do przewidzenia zwiększeniem światowego zapotrzebowania na wyroby medyczne do diagnostyki in vitro oraz podejmowanie przez państwa dotknięte epidemią – w tym Polskę – środki profilaktyczne i zaradcze, takie jak: zamknięcie granic, ograniczenie międzynarodowego transportu, zwiększone kontrole na lotniskach i granicach, a także inne dodatkowe obowiązki nakładane na producentów i dystrybutorów produktów w sektorze ochrony zdrowia, stanowiące okoliczności o charakterze tzw. siły wyższej, złożone przez Zamawiającego zamówienia mogą nie zostać zrealizowane lub mogą zostać zrealizowane w późniejszym terminie lub w odbiegającej od zamówienia liczbie produktów. Wykonawca zobowiązuje się informować Zamawiającego niezwłocznie i na bieżąco o wszelkich trudnościach związanych z dostarczeniem zamówionych przez niego produktów.

Odp. Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 35.

Pytanie 37 – dotyczy zadania nr 4 - odczynniki do hemostazy z dzierżawą analizatora:

Czy Zamawiający wymaga analizatora w którym Kod kreskowy próbki citowej odczytywany jest przez wbudowany czytnik kodów?

Odp. Zamawiający wymaga analizatora w którym Kod kreskowy próbki citowej odczytywany jest przez wbudowany czytnik kodów.

Dyrektor
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu

Urszula Kapusta-Tymoshchuk