

Zespół Opieki Zdrowotnej
ul. Ulańska 28
99-400 Łowicz

08.07.2021 rok

Znak sprawy: ADT.2221.32.2021.HS

Dot: Pytania i wyjaśnienia dotyczące treści Zapytania Ofertowego na wykonanie przeglądów technicznych sprzętu i aparatury medycznej.

Pytanie 1

Dotyczy zapisów zapytania ofertowego – pkt. 4

1. Zwracamy się z prośbą o postawienie wymogu autoryzacji dla zadania 1 (poz. 7).

Jako autoryzowany przedstawiciel producenta, pragniemy zwrócić uwagę Zamawiającego na kwestie związane z wykonywaniem serwisu przez podmioty nieuprawnione. Podkreślamy, że umożliwienie osobom nieuprawnionym przez Producenta sprzętu medycznego wykonywania przeglądów, napraw oraz wymiany części zamiennych niewiadomego pochodzenia, jednoznacznie wiąże się z nie wypełnieniem przez użytkownika Sprzętu zapisów instrukcji jego użytkowania.

Wskazujemy, że niniejsze wymaganie nie narusza zasady równego traktowania, gdyż każdy zainteresowany może odbyć przedmiotowe szkolenie u producenta i uzyskać stosowny certyfikat. W szczególności dotyczy to czynności związanych z fachową instalacją wyrobu, jego okresową konserwacją, okresową lub doraźną, stosownie do potrzeb obsługą serwisową, aktualizacją oprogramowania wyrobu, jeżeli je posiada, także okresowymi lub doraźnymi przeglądami, regulacjami, kalibracjami (ustaleniami zależności pomiarowych), wzorcowaniami, weryfikacją lub kontrolą bezpieczeństwa, jeżeli nie mogą one być wykonane przez użytkownika wyrobu we własnym zakresie.

Odp.1 Zamawiający nie dopuszcza zmian w wymagach.

Pytanie 2

Posimy o podanie szczegółowego wykazu (nazwa, symbol katalogowy, numer seryjny) wszystkich elementów wchodzących w skład w zadaniu nr 1 w poz. 7 (zestaw do trepanacji szczęki Microspeed GD670).

Odp.2 MICROSPEED GD670 SIN4333

STOJAK GA 411 SIN1109

STEROWNIK GD668 SIN1471

MOTOR GD 676 SIN3761

KABLE GD 672 SIN 4767,4776

Pytanie 3

Czy Zamawiający zgodzi się na złożenie oferty w formie komunikacji elektronicznej

za pośrednictwem maila, opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym?

Odp.3 Zamawiający nie dopuszcza zmian w składaniu ofert.

Pytanie 4 Zwracamy się z prośbą o wydzielenie z zadania nr 1 poz. 13, składającej się z diatermii ES350 firmy EMED, w celu złożenia oferty przez autoryzowanego producenta.

Odp.4 Zamawiający dopuszcza w zadaniu nr 1 składanie ofert na poszczególne pozycje.

Pytanie 5

Zwracamy się z wnioskiem o wskazanie producenta diatermii ES300 z zadania nr 1 poz. 12. Jeśli producentem jest EMED, prosimy o wydzielenie poz. 12 z zadania 1 do oddzielnego pakietu razem z pozycją 13 z zadania, 1.

Odp.5 Producentem diatermii ES 300 jest EMED, zamawiający dopuszcza w zadaniu nr 1 składanie ofert na poszczególne pozycje.

Pytanie 6

1.Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 6:

1.Strony ustalają, że należność za wykonaną usługę będzie określona na podstawie cen jednostkowych określonych w załączniku nr1 zestawienie asortymentowo -ilościowo -cenowe do niniejszej umowy, potwierdzonych przez upoważnioną osobę Zamawiającego.

2.W przypadku nieterminowego wykonania przeglądu biorąc pod uwagę datę wskazaną w druku oferty, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,2 % wynagrodzenia brutto za niezrealizowaną część, wskazanego w § 3, za każdy dzień roboczy zwłokijednak nie więcej niż 10% wartości brutto opóźnionej/ brakującej części dostawy.Za pozostawanie w zwłoce uważa się także nienależycie wykonany i nieodebrany każdorazowy przegląd urządzenia.

3.Zastrzega się możliwość dochodzenia odszkodowania od pełnej wysokości szkody, w przypadku, gdy szkoda przewyższy wysokość naliczonych kar.

4.Z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy, Wykonawca zapłaci karę w wysokości 1% wartości brutto wynagrodzenia za niezrealizowaną część,określonego w § 3.

5.Z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego, Zamawiający zapłaci karę umowną w wysokości 1% wartości brutto wynagrodzenia za niezrealizowaną część,określonego w § 3.

6.Łączna wysokość kar nie może przekroczyć 10 % wynagrodzenia za niezrealizowaną część, określonego w § 3.

Odp.6 Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną modyfikację.

Pytanie 7

Czy zamawiający podczas przeglądu dla pozycji 17 w zadaniu nr 1 będzie wymagał wykonywania wszystkich czynności, których zakres określa producent danego urządzenia, czyli sprawdzenie poprawności działania urządzenia, czyszczenie aparatu wewnątrz i na zewnątrz, przeprowadzenie koniecznych aktualizacji, kalibracji, konserwacji prewencyjnej, wymiany części zużywalnych oraz potwierdzenie tych czynności protokołem serwisowym i wpisem do paszportu technicznego aparatu?"

Prosimy o sprecyzowanie, czy Zamawiający wskazując dwa urządzenia Skaner AGFA CR 35-X w pozycji 17 zadanie nr 1, jako podlegające usługom określonych SIWZ w zakresie przedmiotu zamówienia rozumie sam skaner, czy też posiadany system ucyfrowienia, w tym stacji NX, będącej w zestawie ze skanerem ? Nasza prośba o wyjaśnienie podyktowana jest faktem, iż realizacja usług dla samego skanera nie ma uzasadnienia technicznego i ekonomicznego. Sprawność samego skanera nie gwarantuje bowiem sprawności całego systemu CR. W przypadku przeglądu technicznego zrealizowanego tylko dla wybranego elementu systemu potwierdzana będzie sprawność tego elementu, nie zaś systemu, w skład którego wchodzi - Zamawiający wykorzystuje w celach diagnostycznych system CR i jako takiego tj. całego systemu sprawność winna być zapewniona.

Odp.7 Zgodnie z przedmiotem zapytania ofertowego.

Dyrektor
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu
Irszula Kapsuta-Tymoshchuk