

ADT.26.31.2023

Łowicz, dn.07.07.2023r.

**Pytania i wyjaśnienia dotyczące treści zapytania ofertowego  
na dostawę ciekłego tlenu medycznego wraz z dzierżawą zbiornika z osprzętem, dostawę  
gazów medycznych oraz dzierżawę butli.**

Poniżej przedstawiamy Państwu pytania w sprawie wyjaśnienia zapisów w dokumentacji zapytania ofertowego, które wpłynęły do Zamawiającego.

Bezpośrednio pod każdym pytaniem zamieszczamy odpowiedzi, które wyjaśniają poruszony problem.

**Pytanie nr 1 dotyczy załącznika nr 2, zadanie 2 poz. 5,6,12**

Czy zawór dozujący do podawania mieszaniny gazowej 50 % tlen i 50% podtlenek azotu(fabrycznie oryginalny bez dodatkowych modyfikacji i przeróbek, zarejestrowany przez producenta) wraz ze wszystkimi jego elementami składowymi ma być nierozbieralny/nierozkręcalny , tzn. nie ma w nim być elementów, które pacjent i/lub osoba odwiedzająca i/lub personel Zamawiającego bez użycia dedykowanych do tego narzędzi może swobodnie odkręcić, usunąć i stworzyć dla siebie potencjalne zagrożenie oraz zmniejszyć walory użytkowe urządzenia np. poprzez zatrzymanie lub wyraźne spowolnienie przepływu gazu.

Odp. Zawór dozujący do podawania mieszaniny gazowej 50 % tlen i 50% podtlenek azotu(fabrycznie oryginalny bez dodatkowych modyfikacji i przeróbek, zarejestrowany przez producenta) wraz ze wszystkimi jego elementami składowymi ma być nierozbieralny/ nierozkręcalny.

**Pytanie nr 2 dotyczy załącznika nr 2, zadanie 2 poz. 5,6,12**

Czy mieszanina gazów N<sub>2</sub>O 50% + O<sub>2</sub> 50% (przeznaczona do leczenia krótkotrwałego bólu o łagodnym lub umiarkowanym nasileniu, kiedy pożądanym jest szybki początek i ustąpienie działania przeciwbólowego) ma być dostarczana w lekkich butlach aluminiowych z zaworem zintegrowanym wyposażonym w przepływomierz umożliwiającym ustawienie przepływu co najmniej w 12 różnych zakresach przepływu wyrażonych w l/min (w tym wartość początkowa - 0 l/min)?

Odp. Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

**Pytanie nr 3 dotyczy załącznika nr 2, zadanie 2 poz. 5,6,12**

Czy zawór dozujący do podawania mieszaniny 50% tlen medyczny / 50% podtlenek azotu medyczny, ma posiadać taką konstrukcję, która do podawania tejże mieszaniny gazów wymaga obligatoryjnie/ zawsze zastosowania dodatkowego jednorazowego filtra lub jednorazowego zaworu wydechowego z filtrem (podanie mieszaniny bez tych zabezpieczeń będzie niemożliwe)? Taki wybór zniweluje konieczność kontroli, czy zawór mógł zostać zanieczyszczony, w trakcie przypadkowego lub celowego użytkowania zaworu dozującego bez jakichkolwiek środków zabezpieczających przed kontaminacją (np. filtra lub zaworu wydechowego).

Odp. Zamawiający wymaga .

**Pytanie nr 4 dotyczy załącznika nr 2, zadanie 2 poz. 5,6,12**

Czy Zamawiający wymaga aby możliwe było stałe podawanie leku (mieszaniny gazów, podtlenku azotu 50% i tlenu 50%) do 6 godzin bez konieczności kontrolowania morfologii krwi w oparciu o odpowiednie zapisy zamieszczone w Charakterystyce Produktu Leczniczego? Zapis w ChPL mówiący o braku konieczności wykonania badań krwi powoduje że odpowiedzialność za działania niepożądane spoczywa na producencie leku. Czy, w celu potwierdzenia spełniania przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego, Zamawiający wymaga dołączenia ChPL oferowanej mieszaniny gazów do oferty jako przedmiotowego środka dowodowego.

Odp. Zamawiający wymaga aby możliwe było stałe podawanie leku (mieszanki gazów, podtlenku azotu 50% i tlenu 50%) do 6 godzin bez konieczności kontrolowania morfologii krwi w oparciu o odpowiednie zapisy zamieszczone w Charakterystyce Produktu Leczniczego.

Zamawiający wymaga dołączenia ChPL oferowanej mieszanki gazów do oferty jako przedmiotowego środka dowodowego.

**Pytanie nr 5 dotyczy projektu umowy**

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość podpisania umowy przez Wykonawcę w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego przez osobę/osoby upoważnione kwalifikowany podpisem elektronicznym, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze sądowym lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy, albo przez osobę/osoby umocowane (na podstawie pełnomocnictwa) przez osoby uprawnione?

Odp. Zamawiający dopuszcza możliwość podpisania umowy przez Wykonawcę w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego przez osobę/osoby upoważnione kwalifikowany podpisem elektronicznym.

**Pytanie nr 6 dotyczy projektu umowy**

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o możliwość przesłania oferty drogą elektroniczną np. na wskazany adres e-mail

Odp. Zamawiający wyraża zgodę na przesłanie oferty drogą elektroniczną. na adres e-mail: [zozlowicz@interia.pl](mailto:zozlowicz@interia.pl)

*Zofia Roguszyńska*

Dyrektor  
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu  
Urządka Kapusta-Tymoszechni